



Hoja de Servicios

INSTALACIONES**INDUSTRIALES**Servicio N° : **1102**

Fecha: 9/9/2024

Ruc.: 80020956-7

Empresa Farmaco S.A

Tipo de servicio Electro/Mecanica

Electrico **X**

Refrigeracion

Mecanica **X**

otros

Descripcion del equipo: Estufa SanJor 30°C-35°C

Codigo: LB- MICEST05-01

Sucursal: Lambare

a). Verificacion del equipo tipo estufa, la misma se encuentra instalada y conectada a la red electrica en buenas condiciones de funcionamiento, se observa que se encuentra con todas las partes mecanicas en buenas condiones de uso y funcionamiento antes de ser embalados para su traslado

b). Terminado la verificacion se procede a la desconexion de la red electrica y se realiza el embalado del equipo y sujecion del mismo con lingas de nylon y protecciones laterales para elevarlas con el guinche electrico a niveles de piso tecnico, se retrira la sujecion y se lleva hasta su lugar de trabajo, se espera 30 minutos para que se estabilice la temperatura del equipo trasladado, para su coneccion electrica.

c). El equipo se conecta y queda operando correctamente

Presupuesto aprobado:

Costo en guaranies:

-----00-----

Tecnico Responsable: Raul Benitez

hora de Inicio: 15:00

Hora de finalizacion : 16:00

fecha de Inicio : 9/9/2024

fecha de finalizacion : 9/9/2024

Observaciones :

Firma Tecnico

Fecha:

Firma cliente

Fecha: