



## Hoja de Servicios

**INSTALACIONES****INDUSTRIALES**Servicio N° : **1104**

Fecha:

9/9/2024

Ruc.:

80020956-7

Empresa

Farmaco S.A

Tipo de servicio

Electro/Mecanica

Electrico

**X**

Refrigeracion

Mecanica

**X**

otros

Descripcion del equipo:

Estufa SanJor 20°C- 25°C

Codigo:

LB- MICEST04-01

Sucursal:

Lambare

a). Verificacion del equipo tipo estufa, la misma se encuentra instalada y conectada a la red electrica en buenas condiciones de funcionamiento, se observa que se encuentra con todas las partes mecanicas en buenas condiciones de uso y funcionamiento antes de ser embalados para su traslado

b). Terminado la verificacion se procede a la desconexion de la red electrica y se realiza el embalado del equipo y sujecion del mismo con lingas de nylon y protecciones laterales poara elevarlas con el guinche electrico a niveles de piso tecnico, se retrira la sujecion y se lleva hasta su lugar de trabajo, se espera 30 minutos para que se estabilice la temperatura del equipo trasladado, para su coneccion electrica.

c). El equipo se conecta y queda operando correctamente

Presupuesto aprobado:

Costo en guaranies:

-----00-----

Tecnico Responsable:

Raul Benitez

hora de Inicio:

11:30

Hora de finalizacion :

12:30

fecha de Inicio :

9/9/2024

fecha de finalizacion :

9/9/2024

Observaciones :

Firma Tecnico

Fecha:

Firma cliente

Fecha: