

BG IMF	PORT S.A.	Hoja de Ser	vicios	
		Servicio N°. :	1135	
		Fecha:	21/11/2024	
	LAUDA SAP	Ruc.:		
Tipo de servicio	ELECTRO/MECANICO			
Electrico X	Refrigeracion	Mecanica X	otros	
Descripcion del equipo:	instalacion de equipo autoclave de fronteras YG-06			
Codigo:	23YG224	Sucursal:	Asuncion	
			Asuncion	
a).instalacion de autoclave de fronteras YG-06, sector de PRODUCCCION				
se realiza el coneccionado electrico a los bornes de llaves de fuerza y mando con terminales				
hojales prensadas				
b). desarme de todas las partes moviles uniones clamp y valvulas actuadoras para su limpieza y				
retirar el agua de prueba en el reservorio del calderin y cañerias y volver a arma las valvulas				
c). Limpieza del equipo, en el interior y exterior de manera a dejar el equipo libre de polvo				
d). Sellado de los sensores de temperatura de la camara con teflon y formador de junta prensado				
e). Encendido del equipo, prueba de los componentes como motores de ingreso de agua y				
bombas de vacio, el funcionamiento de cada una de las resistencias del calderin				
f). Configuracion del plc con parametro de funcionamiento y seguridad				
g). Pruebas de buen funcionamiento de puertas, pruebas de electrovalvulas de sellado de las				
puertas lado limpio y lado bio con enclavamiento entre puertas				
h). coneccion de aire valvula de acceso a agua purificada con aire comprimido para su apertura				
I). Pruebas de funcionamiento conacompañamiento de un operador y jefe de man tenimiento				
El equipo queda operando en correctas condiciones de funcionamiento				
Presupuesto aprobado:		Costo en guaranies:		
Tecnico Responzable:	Raul Benitez	<u> </u>		
·				
hora de Inicio:	7:30:00	Hora de finalizacion:	17:00	
fecha de Inicio :	21/11/2024	fecha de finalizacion :	28/11/2024	
Observaciones : tener en cuenta lo siguiente el programa del autoclave debe tener unas				
modificaciones para la seguridad de la puerta del lado limpio, el mismo solo se puede abri				
cuando termine un proceso de no ser asi no se debe abrir de ninguna manera				

Raul Benitez	
Firma Tecnico	Firma cliente
Fecha:	Fecha: