

PiCA GmbH, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlin, Germany
OECOLAB GmbH

Lehrter Str. 57, Haus 9
10557 Berlin
Deutschland

Ihr Zeichen: Order Number: 23.07.28.1
Unser Zeichen: 23-O112-0158
Telefon: siehe Prüfleiter unter Analysenbefund
Telefax: +49(0)30/2556600-1
E-Mail: siehe Prüfleiter unter Analysenbefund

Berlin, 18.08.2023

Prüfbericht 23-O112-0158

Auftraggeber: siehe Anschrift
Probenart: DNPH-Röhrchen
Anlieferungszustand:
Eingangsdatum: 08.08.2023
Beginn/Ende der Untersuchung: 08.08.2023/18.08.2023
Probenahme: durch Auftraggeber. Probe wurde überbracht
Probennahmenvolumen/-dauer: 120L
Probenbezeichnung: RL.01.1
Wohnzimmer

Auftrag/Untersuchungsparameter: Formaldehyd
Prüfverfahren: LA-LC-001.041_20.10.2014
in Anlehnung an DIN ISO 16000-3; HPLC-DAD nach Derivatisierung und Desorption

Analysenbefund

Prüfbericht 23-O112-0158

Probenbezeichnung: RL.01.1

Wohnzimmer

Parameter	CAS-Nr.	Gehalt	Einheit	BG
Aldehyde				
Formaldehyd	50-00-0	230	µg/m ³	5

BG: Berichtsgrenze der Methode

Die in [] angegebenen Messwerte sind halbquantitative Abschätzungen von Konzentrationen unterhalb der Berichtsgrenze.

Die Raumluftkonzentrationen wurden anhand des/der vom Auftraggeber angegebenen Probennahmenvolumens/-dauer berechnet.



i.A. Jeremias Schuenemann

Prüfleiter

M. Sc. Pharma- und Chemietechnik

Telefon +49 (0)30 255 66 00-21

E-Mail Jeremias.Schuenemann@pica-berlin.de

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Die auszugsweise Vervielfältigung des Prüfberichts ist ohne schriftliche Genehmigung des Prüflaboratoriums nicht zulässig.