

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Este é para certificar que a balança modelo ABC123 foi devidamente calibrada e testada de acordo com os padrões de qualidade e precisão estabelecidos. Os detalhes da calibração são os seguintes:

Informações da Balança:

- **Modelo:** ABC123
- **Fabricante:** Empresa XYZ
- **Número de Série:** 987654321
- **Capacidade Máxima:** 500g

Detalhes da Calibração:

- **Data da Calibração:** 11 de janeiro de 2024
- **Realizada por:** [Nome do Técnico]
- **Condições Ambientais:** Temperatura: 25°C, Umidade: 50%

Resultados da Calibração:

- **Peso Padrão Utilizado:** 100g, 200g, 300g, 400g, 500g
- **Leituras Obtidas:** As leituras da balança foram comparadas com os pesos padrão e estão dentro dos limites aceitáveis de ± 0.1 g em todas as medições

Observações:

A balança foi inspecionada visualmente quanto a danos ou falhas e nenhuma anomalia foi observada durante a calibração. Todos os resultados estão em conformidade com os requisitos especificados.

Assinatura

[Nome do Responsável pela Calibração]