

**SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN
A PSS - PTS.**
349-F026-V01

A continuación, se adjuntan las evidencias recibidas y validadas durante la visita de verificación al PSS () o PTS () que hace parte de la red de prestadores y proveedores de Positiva Compañía de Seguros S.A.

FORMATO PARA VISITAS DE VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A INSTITUCIONES PRESTADORES DE SALUD

Visita de Verificación y Seguimiento		Fecha de Visita:		09/12/2025
A. Nombre de Prestador / Proveedor:	B. NIT	C. No. De Contrato	D. Hora Inicio:	E. Hora Final:
RX IMADCO SAS	900999027-0	0474-2024	15:00:00	17:00:00
F. Ciudad Sede:	G. Email:	H. Tel:	I. Celular:	
VILLAVICENCIO, META	IMADCO28@GMAIL.COM	3164911182		
J. Dirección de la sede visitada:				
CRA 40 #33B - 17 BARZAL				
K. Profesional que atiende la visita	L. Cargo:	M. Email:	N. Celular:	
SANDRA ASCANIO QUINTERO	MEDICO CALIDAD Y AUDITORIA	imadco28@gmail.com		
O. Profesional que realiza la visita:	P. Cargo:	Q. Email:	S. Celular:	
GINA MARCELA AVILA PULIDO	PROFESIONAL CALIDAD	Profesionalcalidad4@agscolombia.co	3134365072	

1. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD (SOGC).

- Soporte del proceso de habilitación vigente: autoevaluación (última actualización), formulario de inscripción y evidencias con tres (3) distintivos de los servicios contratados.

SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS. 349-F026-V01

REGISTRO ACTUAL - PRESTADORES

Si conoce algún dato dígitelo para hacer más específica la consulta, de lo contrario de clic en [Buscar](#) para ver todos los registros.

Formulario que permite la **CONSULTA** en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS.

PRESTADORES	SEDES	SERVICIOS	CAPACIDAD	MEDIDAS DE SEGURIDAD	SANCIONES
Nit:NI Cédula ciudadanía:CC NI 900999027 - 0 Cédula extranjería:CE Naturaleza Jurídica Privada Prestadores acreditados en salud					
DATOS GENERALES DEL PRESTADOR					
Departamento	Meta	Municipio	VILLAVICENCIO		
Código de Prestador	5000102406 - 01				
Nombre del Prestador	RX IMADCO SAS				
Clase de Prestador	Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS			Empresa Social del Estado	
Dirección	CRA 40 #33B - 17 BARZAL				
Teléfono(s)	3164911182				
Fax					
Correo Electrónico	IMADCO28@GMAIL.COM				
Razón Social	RX IMADCO SAS				
Representante Legal	DORIS ESTHELLA MORENO QUEVEDO				
Nivel Atención Prestador		Carácter Territorial			
Fecha de Inscripción	20230517	Fecha de Vencimiento	20270516		

Información de la base de datos de las Entidades Departamentales y Distritales de Salud, en la cual se efectúa el registro de los Prestadores de Servicios de Salud con fecha de corte: martes 15 de julio de 2025 (5:09 p.m.)

Meta	VILLAVICENCIO	5000102406	01	RX IMADCO SAS	744 -IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES	DHSS0566908
Meta	VILLAVICENCIO	5000102406	01	RX IMADCO SAS	745 -IMÁGENES DIAGNOSTICAS - NO IONIZANTES	DHSS0566909

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 La salud es de todos 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	5000102406 - RX E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA SAS				
Código y Nombre de la Sede	5000102406-1 RX E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA SAS				
Departamento	META	Municipio	VILLAVICENCIO	Dirección	CRA 40 #33B 17 BARZAL (Barrio BARZAL)
Grupo del Servicio	Pacientes Diagnóstico y Complementación Terapéutica				

744 - IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios: **DHSS0566908**

Verifique la información de este documento, ingresando a: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo_ghss.aspx y posteriormente digitando el Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios DHSS0566908

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la Secretaría de Salud del Meta - Dirección Calle 27 No. 41-69 Barzal alto - Teléfono(s) 328679936 Ext. 1139 3212847330 3212847635 - Correo Electrónico atencion@meta.gov.co

Fecha de apertura del servicio: 17 - 08 - 2023 (DD-MM-AAAA).

Fecha de impresión: miércoles 22 de agosto de 2023 (d/m/a).

El presente documento es copia de conformidad con lo dispuesto en el Plan 4. Plan 1. Gestión y el Sistema 76 de 2016 y el Resolución 176 de 2016, o de normas que lo modifiquen o sustituyan.

Copyright Ministerio de Salud, PS, Reservados todos los derechos.

**SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN
A PSS - PTS.**
349-F026-V01

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS

Código y Nombre del Prestador	5000102406 - RX E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE COLOMBIA SAS			
Código y Nombre de la Sede	5000102406-01 RX E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE COLOMBIA SAS			
Departamento	META	Municipio	VILLAVICENCIO	Dirección
				CAR 40 #338 17 BARZAL, Barrio: BARZAL
Grupos del Servicio	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica			

745 - IMÁGENES DIAGNÓSTICAS - NO IONIZANTES



Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios **DHSS0566909**

Verifique la información de este documento, ingresando a: https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo_dhss.aspx
 y posteriormente digitando el Número Único del Distintivo de Habilitación de Servicios DHSS0566909

En caso de cualquier inquietud con el DISTINTIVO DE HABILITACIÓN DE SERVICIOS comuníquese con la Secretaría de Salud del Meta -
 Dirección Calle 37 No. 41-88 Barzalto - Teléfono(s): 0398610836 Ext.1130 3212047630 3212047630 - Correo:
 Electronic: afuquch@meta.gov.co

Fecha de apertura del servicio: 17 - 05 - 2023 (DD-MM-AAAA)

Fecha de impresión: miércoles 02 de agosto de 2023 (d-M-a.p.m.)

El presente documento es copia de conformidad con lo previsto en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1708 de 2015, a los efectos que la institución lo custodie.

Código Único del Documento: 00000000000000000000000000000000

La IPS de RX E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DE COLOMBIA S.A.S,
declara que se efectuó la autoevaluación de habilitación y esta cumple
con los estándares exigidos según la resolución 3100 de 2019 por
cada uno de los siguientes servicios a ofertar:

- DOPPLER O DUPLEX
- BIOPSIAS GUIADAS POR ECOGRAFÍA
- ECOGRAFÍAS O ULTRASONIDOS CON EQUIPO DE ALTA
GAMMA Y TRANSDUCTORES DE ALTA FRECUENCIA
- ESTUDIOS ECOGRAFICOS EN 3D Y 4D

Se expide en Villavicencio - Meta, el 29 de agosto del 2024



SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS. 349-F026-V01

- Descripción del mecanismo de recepción para atención a usuarios de ARL Positiva.



MODELO DE ATENCIÓN	código DC-MOA-01	Versión n 2	Página 1 de 8
Fecha de vigencia 19/01/2025			

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Sandra Milena Ascarío Quintero	José Parmerio Moreno Quevedo	Doris Moreno Quevedo
Médico Administrativo	Médico profesional atencional	Gerente y jefe de talento humano



MODELO DE ATENCIÓN	código DC-MOA-01	Versión n 2	Página 2 de 8
Fecha de vigencia 19/01/2025			

FECHA: 10/01/2025	FECHA: 10/01/2025	FECHA: 10/01/2025
-------------------	-------------------	-------------------

PRESENTACIÓN

La I.P.S. RX IMADCO S.A.S. cuenta con una infraestructura física moderna concebida dentro del marco de las normas y parámetros nacionales de IPS ambulatorias de última generación, con un proyecto arquitectónico aprobado por el ministerio de la Protección Social que brinda atención en salud de acuerdo con los lineamientos especificados en la legislación vigente.

INTRODUCCIÓN

La I.P.S. RX IMADCO S.A.S. es una empresa privada, prestadora de servicios de salud de baja y mediana complejidad que adopta este modelo de atención en salud con el ánimo de dar respuesta a las necesidades, demandas y expectativas en salud de la población de Villavicencio y municipios aledaños, pacientes particulares y aseguradoras. El modelo de atención en salud de IMADCO tiene como referencia el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

1. EL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD ESTÁ CENTRADO EN EL USUARIO

El objetivo primordial de la I.P.S. es identificar las necesidades y Problemas del usuario, para así mismo darles la mejor solución posible. Para lograrlo la gerencia ha estandarizado por procesos sus actividades y trabaja coordinadamente en equipo para el beneficio de sus usuarios. Esto con el fin de buscar mantener el equilibrio entre la tecnología útil y la que no afecta la condición del paciente, entre el beneficio y el riesgo.

- Listado y condiciones de los Puntos de atención con enfoque diferencial y accesibilidad para población con discapacidad.

IMADCO	PROCESO	GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO	Código:	¿??
	MANUAL	ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL	Versión:	01

MANUAL DE CON ENFOQUE DIFERENCIAL, IPS RX IMADCO SAS.

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE	3
3. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS	3
4. DEFINICIONES	5
5. GENERALIDADES	7
5.1. ACCESIBILIDAD A LOS ESPACIOS FÍSICOS	7
5.2. CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD	11
5.2.1. Instalaciones para perros guía y otros perros de asistencia	11
5.2.2. Espacio reservado para estacionamiento accesible	11
5.2.3. Plataformas de elevación verticales e inclinadas (salva escaleras)	11
5.2.4. Mobiliario salas de espera	11
5.2.5. Accesorios para audición y lectura de labios	12
5.2.6. Mostradores y ventanillas de atención	12
5.2.7. Compartimientos de baños para personas en condición de discapacidad	12
5.2.8. Pasillos Internos	12
5.2.9. Escaleras	12
5.2.10. Pasamanos	13
5.3. SEÑALIZACIÓN	13
5.3.1. Generalidades	13
5.3.2. Suministro de señales táctiles realizadas y señalización braille	13
5.3.3. Información audible	14
5.3.4. Mapas y planos de piso táctiles	14
6. SERVICIO Y ATENCIÓN INCLUYENTE	14
6.1. CARACTERIZACIÓN	14
6.2. PROTOCOLO DE ATENCIÓN: GENERALIDADES	15
6.2.1. Deberes y obligaciones de los servidores públicos	15
6.2.2. Recomendaciones	16
6.1. TERMINOLOGÍA APROPIADA	16
6.3. PROTOCOLOS SEGÚN EL TIPO DE DISCAPACIDAD	17
6.3.1. Discapacidad física o con movilidad reducida	17
6.3.2. Discapacidad múltiple (ej. Sordo, ceguera)	18
6.3.3. Discapacidad visual	18
6.3.4. Discapacidad auditiva	19
6.3.5. Discapacidad Cognitiva	19
6.4. REGISTRO PARA LA LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN	19
7. ACCESIBILIDAD CANAL VIRTUAL	21
8. ACCESIBILIDAD CANAL TELEFÓNICO	21
9. BIBLIOGRAFÍA	21

SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS. 349-F026-V01



- Descripción de los mecanismos de control de calidad de productos y tecnologías para atención a afiliados y acciones para evitar duplicidad en la entrega de productos.

Promedco

FECHA DE DESPACHO: 11/09/2019

CRONOGRAMA Y REGISTRO DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO		SERIAL											
RESONA E-80 SISTEMA DE ULTRASONIDO DIAGNOSTICO		VT 76000073											
AÑO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	
2019													
2020													
2021													
2022													
2023													X
2024													X
2025													

Se incluye mantenimiento preventivo el cual será realizado entre el 6to y 12avo mes. (Marcado en color)

SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS. 349-F026-V01

		Hoja de vida IP-002 V.02	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Equipo: RAYOS X FUO CON DETECTOR		Marca: DRGEM CORPORATION	
Modelo: GXR-C40SD		País: Korea	
Modelo Tubo Rayos X: DKT-8M		Proveedor: Inversiones Promedco SAS	
Serie: DRM2230022A		SW actual:	
INSTALACIÓN			
MODALIDAD DE CONTRATO:		VENTA ☐ CONSIGNACIÓN ☐ OTRA:	
ARRENDANDO ☐ PRESTAMO ☐			
REGISTRO TÉCNICO		ADQUISICIÓN	
Tensión: 50/60 Hz		Tipo de adquisición: VENTA	
Frecuencia: 40-60 Hz		Garantía: 24 MESES	
Potencia: 10-15 VA		País: Korea	
Temperatura: 10-35 °C		Incubadora: N/A	
Humedad: 30-75% sin condensación		Fecha de fabricación:	
Puntos focales: 0.6 / 1.2 mm		Email: www.promedco.com	
Máxima HMI Anodo: 300 kVp		Teléfono: (1484)4004	
Máx. kV: 150 kV		Fabricante: DRGEM	
REGISTRO DE APOYO TÉCNICO			
Tipo de manual: Manual de usuario		Uso del equipo: Médico	
Clasificación según el riesgo: IB		Tecnología predominante: Electrónica	
Clasificación biomédica:		Fuente de alimentación: Electricidad	
Seguridad eléctrica:			
Alimentación eléctrica:			
Fuente: 220V-250V-250V			
DOCUMENTACIÓN			
CONTRATO: ☐ SI ☐ NO		CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: ☐ SI ☐ NO	
CAPACITACIÓN: ☐ SI ☐ NO		FACTURA: ☐ SI ☐ NO	
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO: ☐ SI ☐ NO		ACTA DE ENTREGA: ☐ SI ☐ NO	
CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA: ☐ SI ☐ NO		OTROS:	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
FUNCION: El equipo de RAYOS X contiene un tubo que va a generar radiación ionizante X (Rayo X), el cual va a atravesar las estructuras, y se va a generar una imagen radiográfica que nos podrá orientar en el diagnóstico de nuestros pacientes.			
ACCESORIOS: El modelo de equipo de Rayos X fijo cuenta con baterías, cables de interconexión del detector y Router (AP).			
REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN: La instalación deberá tener una corriente estable con una variación máxima de 10% de voltaje, comprobar que la forma de pared sea regular con poca tierra, que la instalación donde se encuentre el equipo cuente con una temperatura por debajo de los 25 °C y una humedad relativa entre 40-60%.			

				ORDEN DE SERVICIO -OS -1890		Version 1.0
Datos del Cliente						
CLIENTE: RX E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA S.A.S		TELÉFONO: 3164911172				
FECHA: 29/03/2025		CIUDAD: VILLAVICENCIO				
DIRECCIÓN: CR 40 33 B 17 BRR BARZAL						
SEDE: RX E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA S.A.S						
MODELO: SISTEMA DE DIAGNOSTICO RAYOS X DIGITAL GXR-C40						
MARCA: DRGEM		SERIE: DRM2230022A				
Trabajo a realizar						
Mantenimiento Preventivo - Garantía						
Mantenimiento Preventivo Rayos X Fijo						
PRUEBAS INICIALES PREVIO AL MANTENIMIENTO						
Estado físico del generador		Óptimo				
Detector		1				
Encendido del generador		Óptimo				
Toma de imágenes de prueba		Óptimo				
Estado físico del detector		Óptimo				
Encendido del detector		Óptimo				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO						
Movimientos mecánicos y frenos del tubestand		Óptimo				
Movimientos mecánicos y frenos de la mesa		Óptimo				
Movimientos mecánicos y frenos del bucky mural		Óptimo				
Movimientos de las rejillas		Óptimo				
Colimador		Óptimo				
Medición de valores de kV, mA y mAs		Óptimo				
Calibración del detector		Óptimo				
Gel para cables de alta		Óptimo				
Funcionamiento del software RADMAX		Óptimo				
Disparador handswitch		Óptimo				
Revisión de conexión DICOM		Deficiente				
Puertos de conexión externa de la estación de trabajo		Óptimo				
Espacio del disco duro utilizado por archivos temporales		Óptimo				
Fragmentación del disco duro		Óptimo				
Estado del disco duro por consola		Óptimo				
Voltaje de entrada del equipo		216VAC@60Hz				

		HOJA DE VIDA IP-002 V.02	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Equipo: Ecógrafo		Marca: Mindray	
Modelo: Resona 6		País: China	
Proveedor: Inversiones Promedco SAS		Incubadora: N/A	
Serie: VT-76000073		Fecha de fabricación:	
Verión SW actual:		Email: www.promedco.com	
		Teléfono: (1484)4004	
		Fabricante: Mindray	
INSTALACIÓN			
MODALIDAD DE CONTRATO:		VENTA ☐ CONSIGNACIÓN ☐ OTRA:	
ARRENDANDO ☐ PRESTAMO ☐			
REGISTRO TÉCNICO		ADQUISICIÓN	
Tensión: 100-240 Volts		Tipo de adquisición:	
Frecuencia: 50/60 Hz		Garantía: 24 MESES	
Potencia: 100-150 VA		País: China	
Temperatura: 10-35 °C		Incubadora: N/A	
Amperaje: 1A		Fecha de fabricación:	
		Email: www.promedco.com	
		Teléfono: (1484)4004	
		Fabricante: Mindray	
REGISTRO DE APOYO TÉCNICO			
Tipo de manual: Manual de usuario		Uso del equipo: Médico	
Clasificación según el riesgo: IA		Tecnología predominante: Electrónica	
Clasificación biomédica:		Fuente de alimentación: Electricidad	
Seguridad eléctrica:			
Alimentación eléctrica: AC 100-127 VAC/50Hz			
Fuente: SI			
Alimentación eléctrica DC: Batería de respaldo con duración de al menos 5 horas.			
DOCUMENTACIÓN			
CONTRATO: ☐ SI ☐ NO		CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: ☐ SI ☐ NO	
PROGRAMACIÓN CAPACITACIÓN: ☐ SI ☐ NO		FACTURA: ☐ SI ☐ NO	
CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO: ☐ SI ☐ NO		ACTA DE ENTREGA: ☐ SI ☐ NO	
CERTIFICACIÓN DE GARANTÍA: ☐ SI ☐ NO		OTROS:	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
FUNCION: El ecógrafo es un equipo de diagnóstico no invasivo que utiliza ultrasonido por medio de transductores que en su interior tienen cristales piezoeléctricos que convierten la energía eléctrica en ultrasonidos y viceversa, con el fin de analizar tejidos blandos y órganos, realizando cortes anatómicos que al integrarse en un software nos permiten visualizar imágenes bidimensionales o tridimensionales. La información obtenida gracias a este equipo permite diagnosticar muchas patologías, como por ejemplo: dolor, lesiones e infecciones de órganos internos del cuerpo, problemas cardíacos, lesiones para guiar terapias y monitorear el estado de un bebé en sus primeros meses de desarrollo.			
ACCESORIOS:			

		ORDEN DE SERVICIO -OS - 407		Dic 2022&& Version 1.0
Datos del Cliente				
CLIENTE: JOSE PARMENIO MORENO QUEVEDO				
FECHA: 04/08/2024		TELÉFONO: 3164911182		
DIRECCIÓN: CR 40 33 B 17 BRR BARZAL		CIUDAD: VILLAVICENCIO		
MODELO: RESONA 6 4D SISTEMA DE ULTRASONIDO DIAGNOSTICO				
MARCA: MINDRAY		SERIE: VT-76000073		
Trabajo a realizar				
Mantenimiento Preventivo - Garantía				
Mantenimientos Preventivos Ecógrafos				
PRUEBAS INICIALES PREVIO AL MANTENIMIENTO				
Pruebas de funcionamiento en modo B		Óptimo		
Pruebas de funcionamiento en modo M		Óptimo		
Pruebas de funcionamiento en modo doppler pulsado		Óptimo		
Pruebas de funcionamiento en modo doppler color		Óptimo		
Pruebas de funcionamiento en modo CW		No aplica		
Pruebas de funcionamiento en modo 3D		No aplica		
Pruebas de funcionamiento en modo 4D		No aplica		
Prueba de funcionamiento con batería		No aplica		
Pruebas de funcionamiento de pantalla táctil		Óptimo		
Condiciones físicas y funcionamiento de panel de control		Óptimo		
Condiciones físicas y funcionamiento de pantalla		Óptimo		
Condiciones físicas y funcionamiento de impresión		Óptimo		
Condiciones físicas y funcionamiento de ruedas y frenos		Óptimo		
Condiciones físicas y funcionamiento de brazos mecánicos		Óptimo		
Condiciones físicas y funcionamiento del I/O panel		Óptimo		
Conexión del equipo con UPS		Óptimo		
Revisión de accesorios		Óptimo		
Revisión conexión DICOM		No aplica		
Revisión unidad de DVD		Óptimo		
Revisión de periféricos		Óptimo		
Firma Acepta Revisión:				
04/08/2024 15:00				

SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS. 349-F026-V01

- Procedimiento para almacenamiento, custodia y conservación de insumos o productos en farmacia.

	RX E IMÁGENES DIAGNÓSTICA DE COLOMBIA	CÓDIGO: FY-PR-01 VERSION: 1 FECHA: 29/09/2024 PAGINA: 1 de 15
---	--	--

I

MANUAL DE PROCESO DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

SELECCIÓN DE PROVEEDORES

- La elección del proveedor garantiza no solo la calidad del producto, sino también el servicio y la trazabilidad. Se debe seleccionar un proveedor que cumpla con las exigencias de ley.
- Al seleccionar proveedores se debe tener en cuenta:
 - Cumplimiento de las condiciones administrativas
 - Oportunidad y disponibilidad
 - Informe de la situación de pedido
 - Servicio al cliente
 - Política de devoluciones
 - Cumplimiento de especificaciones técnicas
- En el proceso de selección se podrán considerar los aportes del Comité de Farmacia y Terapéutica.
- Se seleccionarán medicamentos y dispositivos médicos que se usen de manera regular en la institución, teniendo en cuenta el Plan Obligatorio de Salud POS y las Guías de manejo y protocolo. Para los insumos se seleccionará aquellos que cumplan con los requisitos.
- Calificación técnica de proveedores: Los requisitos que se deben exigir a los proveedores incluyen:
 - Registros Sanitarios vigentes de los productos aprobados por el Ministerio de Salud o por el INVIMA, el cual será verificado en la página oficial. (20 puntos)
 - Certificados de análisis lote a lote de los medicamentos de alto costo. Se considera alto costo aquellos medicamentos que su valor comercial supere los cien mil pesos. (\$100.000). (10 puntos)
 - Muestras comerciales del producto para inspección y comprobación visual frente al producto recibido. (10 puntos)
 - Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura. (10 puntos)

- Evidencias del PAMEC implementado: ciclos de mejora, plan de mejoramiento, actas, resultados de medición, fecha más reciente del Reporte Anual efectuado.

	PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN	código PG-MC-01	Versión 2	Página 1 de 19
		Fecha de vigencia 08/01/2025		

	PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN	código PG-MC-01	Versión 2	Página 1 de 19
		Fecha de vigencia 08/01/2025		

PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD (PAMEC) 2025

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Doris Esthella Moreno Quevedo	Sandra Milena Ascanio Quintero	 Jose Moreno Quevedo
Gerente y representante Legal	Medico Calidad	Coordinador Medico Radiologo
FECHA: 01/01/2025	FECHA: 02/01/2025	FECHA: 03/01/2025

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL



SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS. 349-F026-V01



PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN	código PG-MC-01	Versión 2	Página 1 de 19
Fecha de vigencia 08/01/2025			

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA CRÍTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAMEC



1. PLANEACIÓN DEL PAMEC DE RX IMADCO S.A.S.I.P.S.

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿POR QUÉ?	¿DÓNDE?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	
					INICIO	FIN
LA AUTOEVALUACIÓN DE PRÁCTICAS PARA EL PAMEC	Se estandariza el instrumento de autoevaluación mediante la aplicación del formato diseñado por la institución para evaluar las Buenas Prácticas de Seguridad del paciente.	Porque el PAMEC debe estar encaminado a identificar oportunidades de mejora a los problemas de calidad que están afectando la seguridad del paciente en la I.P.S.	RX IMADCO S.A.S.I.P.S.	COMITÉ DE CALIDAD	1/02/2025	26/02/2025
SELECCIÓN DE PROCESOS CON OPORTUNIDADES DE MEJORA	Mediante reunión comité de calidad realizando un listado de las fallas identificadas que son objeto de mejora.	Porque es necesario concretar las prácticas que van a ser objeto de mejora para lograr un mejoramiento transversal y cambio en la cultura organizacional.	RX IMADCO S.A.S.I.P.S.	COMITÉ DE CALIDAD	01/03/2025	08/03/2025



PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN	código PG-MC-01	Versión 2	Página 1 de 19
Fecha de vigencia 08/01/2025			

MEDICIÓN INICIAL DEL DESEMPEÑO DE LAS PRÁCTICAS PRIORIZADAS. Se realizará medición inicial a través de auditorías internas buscando resultados de las acciones de mejora.	A través de indicadores previamente establecidos con su ficha técnica realizando monitoreo continuo.	Porque a través de la medición es más fácil controlar y de esa forma establecer estrategias de seguimiento, enfocados en la mejora continua.	RX IMADCO S.A.S.I.P.S.	COMITÉ DE CALIDAD	16/04/2025	30/04/2025
PLAN DE ACCIÓN Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS PRIORIZADAS. Es la elaboración de un plan de acción de las oportunidades de mejora priorizadas.	De acuerdo a las oportunidades de mejora priorizadas, se utilizará un formato institucional plasmando las actividades para la ejecución de las metas con los responsables y cronograma de seguimiento de acuerdo a las necesidades del paciente.	Es importante describir las acciones realizadas, para visualizar la práctica priorizada para la mejora.	RX IMADCO S.A.S.I.P.S.	COMITÉ DE CALIDAD	16/04/2025	30/04/2025

SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS. 349-F026-V01

- Registros y reportes del monitoreo de calidad en atención al usuario, oportunidad y seguridad.

Reporte: Medicamentos – Circular 06 de 2018
Archivo: **MED100MPRE20250930NI000900999027**
Periodo: Julio a Septiembre de 2025



Sres. RX E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA S.A.S (NI - 900999027)
Resultados de la Validación de la Estructura del Archivo:
MED100MPRE20250930NI000900999027.TXT
Fecha y Hora de Recepción: 2025-10-07 10:25:19 AM
La Estructura del Archivo es Correcta
El archivo pasa a ser entregado al Aplicativo Misional para completar su procesamiento.
Número de registros leídos: Control = 1, Detalle = 0

Número de registros de detalle con errores = 0
Número de registros de detalle correctos = 0

Ministerio de Salud y Protección Social

Sres. RX E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA S.A.S. (NI 900999027)

Resultado del procesamiento del archivo: **MED100MPRE20250930NI000900999027**

- Fecha y Hora de Recepción: 2025-10-07 10:25:19 AM
- Registros leídos: Control = 1, Detalle = 0
- Registro de control es correcto: SI
- Registros de detalle correctos: 0
- Registros de detalle con error: 0
- Registros de detalle con advertencias: 0
- Registros de detalle cargados: 0

Tipo de Registro	Enviados Válidos	No válidos	Con Advertencias	Cargados
2 - Precios de Venta Compra y Recobro	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

archivo se procesó, no se encontró registros de detalle (estado del archivo: CT)

Atentamente,

PISIS Distribuidor


Ministerio de Salud y Protección Social

2. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).

- Formato y plan de trabajo actualizado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST))



ESTÁNDAR	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTÁNDAR EVALUADO
PLANEAR			
1 RECURSOS (10%)	10.00%	10.00%	100%
2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15.00%	15.00%	100%
HACER			
3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20.00%	20.00%	100%
4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30.00%	30.00%	100%
5 GESTIÓN DE ASERENAS (10%)	10.00%	10.00%	100%
VERIFICAR			
6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5.00%	5.00%	100%
ACTUAR			
7 MEJORAMIENTO (10%)	10.00%	10.00%	100%
TOTAL			100.00%



**SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN
A PSS - PTS.**
349-F026-V01

[illegible]

3. GESTIÓN AMBIENTAL.

- Evidencias de la gestión ambiental dentro del PGIRS.



RX E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA S.A.S	código PRT-SEG-08	Versión 1	Página 1 de 56
PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES		Fecha de vigencia 02/05/2023	

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS GENERADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Doris Moreno Quevedo	Jose Parmenio Moreno Quevedo	Sandra Milena Ascanio Quintero


CONSULTORIOS	CANECA ROJA	1	RESIDUOS BIOSANITARIOS	Guantes, tapabocas, Preservativos contaminados	RESIDUO BIOSANITARIO PELIGROSO
					
CONSULTORIOS	CANECA NEGRA	1	RESIDUOS NO APROVECHABLES	Servilletas, envolturas	RESIDUO NO APROVECHABLE
					
AREA ADMINISTRATIVA Y RECEPCIÓN	CANECA VERDE	1	RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES	Restos de Comida, Desechos Agrícolas	RESIDUO ORGANICO APROVECHABLE
					
AREA ADMINISTRATIVA Y RECEPCIÓN	CANECA BLANCA	1	RESIDUOS APROVECHABLES	Plástico, Cartón, Vidrio, Papel, Metales	RESIDUO APROVECHABLE
					



SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS. 349-F026-V01


4. MANEJO Y CONTROL DE MEDICAMENTOS.

- Controles (Procedimientos, formatos y controles) documentales para manejo y control de medicamentos



5. RIPS Y FEV EN SALUD.

- Evidencias de gestión adelantada para adecuación de RIPS.



**SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN
A PSS - PTS.**
349-F026-V01

6. PÓLIZAS.

- Copia de las Pólizas de garantía contractual (cumplimiento y garantía): presentar y verificar vigencia.

 SEGUROS DEL ESTADO NET. 888.009.579-6		POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS Y HOSPITALES			
Ciudad de Emisión VILLAVICENCIO	Sucursal VILLAVICENCIO	Tipo de Movimiento EMISION ORIGINAL		Poliza No. 30-03-101004624	Añejo No. 0
TOMADOR RX IMACDO SAS		CUIDAD VILLAVICENCIO, META		NIT 900.999.027-0	
DIRECCION CR 40 NRO. 33 B - 17 BARZAL				TELEFONO 3164911182	
ASEGURADO RX IMACDO SAS		CUIDAD VILLAVICENCIO, META		NIT 900.999.027-0	
DIRECCION CR 40 NRO. 33 B - 17 BARZAL				TELEFONO 3164911182	
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY				SI	
FECHA DE EMISION (DIA-ME-AÑO) 13 / 03 / 2025		VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS (DIA-ME-AÑO) 10 / 03 / 2025 HASTA LAS 24 HORAS (DIA-ME-AÑO) 10 / 03 / 2026		VIGENCIA AÑEJO DESDE LAS 24 HORAS (DIA-ME-AÑO) 10 / 03 / 2025 HASTA LAS 24 HORAS (DIA-ME-AÑO) 10 / 03 / 2026	
INTERMEDIARIO SEGUROS ASESORES INTERMEDIARIOS LTD		CLAVE 194704	% PARTICIPACION 100.00	CONTRATA COASEGURO CEDIDO % PARTICIPACION	
INFORMACION DEL RIESGO RIESGO: 1 ACTIVIDAD: CLINICAS Y HOSPITALES - DESCRIPCION DEL RIESGO PATRIMONIAL DAÑOS SEÑALES O OCURRENCIAS CYN GASTOS DE DEFENSA CYN SAC - REAF CIVIL EXTRAC-CYN LÍMITES POR EVENTO: SEÑALES O OCURRENCIAS CYN = \$ 100.000.000,00, GASTOS DE DEFENSA CYN = \$ 10.000.000,00, SAC - REAF CIVIL EXTRAC-CYN = \$ 10.000.000,00 GASTOS DE LA POLIZA: TOTAL DAÑOS ASEGURADOS: \$ *****100.000.000,00 SEÑAL: \$ *****174.318,00					

7. PAGO PARAFISCALES.

- Soporte del Comprobante de pago de aportes parafiscales del último período reportado.

aportes
en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90099827	0	RX INADCO SAS	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 40 #338-17	VILLAVICENCIO-META	3186312719	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1979625862	9495988175	E	2025/12/05	2025/12/03	BANCO BARRIENDA	0	\$1,142,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursales PRINCIPAL (4 Afiliados)						\$4,317,950	\$691,000			\$4,317,950	\$172,900			\$4,317,950	\$172,900			\$4,317,950	\$105,300	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (4 Afiliados)						\$4,317,950	\$691,000			\$4,317,950	\$172,900			\$4,317,950	\$172,900			\$4,317,950	\$105,300	\$0	\$0		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (4 Afiliados)						\$4,317,950	\$691,000			\$4,317,950	\$172,900			\$4,317,950	\$172,900			\$4,317,950	\$105,300	\$0	\$0		
1	CC	112259887	ACOSTA GERALDINE	230201	1	\$47,450			\$47,450	\$1,900	CCF34	1		\$47,450	\$1,900	14-21	1	\$47,450	\$1,200	1	\$0	\$0	
2	CC	1026567672	ARANGUREN CANELO	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-21	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0	
3	CC	112092129	LOZANO YEIMY	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-21	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0	
4	CC	1121862327	RODRIGUEZ MARIA	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-21	30	\$1,423,500	\$34,700	30	\$0	\$0	
Total Afiliados (4)						\$4,317,950	\$691,000			\$4,317,950	\$172,900			\$4,317,950	\$172,900			\$4,317,950	\$105,300	\$0	\$0		

**SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN
A PSS - PTS.**
349-F026-V01

8. GESTIÓN DE RIESGOS DEL NEGOCIO.

- Documento vigente del Manual de gestión de riesgos del negocio – verificar divulgación interna

[illegible][illegible]

SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS.

349-F026-V01

9. PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.

- Soportes del plan de continuidad del negocio (PCN).

10. SISTEMA CASISOMA.

- Evidencias del cumplimiento del sistema CASISOMA (calidad, SST, ambiente).

	RX E IMAGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA S.A.S POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	código PLT-SST-01	Versión 1	Página 1 de 2 Fecha de vigencia 01/01/2023
---	---	----------------------	--------------	---

POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Milena Yiseth cortés González	Jose Parmerio Moreno	Sandra Milena Ascanio Quintero

11. EJECUTIVO DE ENLACE.

- Identificación del ejecutivo de enlace o coordinador responsable de la relación directa con ARL Positiva.

DR. Jose Moreno Quevedo, Gerente

12. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- Certificado actualizado o evidencia del sistema de gestión de seguridad de la información.

The image is a document titled "CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD" (Certificate of Authenticity and Legality) issued by Warescolombia SAS. The document is set against a background of a network diagram with nodes and connecting lines. At the top left is the Warescolombia logo. At the top right, contact information is provided: "Calle 85 # 29 - 79", "hola@warescolombia.net", "Movil: (350) 273 9747", and "Bogota - Colombia". The main body of the text states that Warescolombia SAS certifies that the Licencia del Software Médico SAC for the Gestión de Centros de Investigaciones Clínicas, in version "WEB", is authentic and legal for use exclusively in the RX IMADCO SAS. It also states that the license permits a maximum of nine (4) concurrent users and recognizes IMADCO as a legitimate licensee. The document then specifies that the license is of a non-exclusive and non-transferable nature, granting the licensee the right to use the software for the management of the company's information system, without the obligation to disclose models, devices, methods, or software processes. It also notes that the license is strictly limited to the finality provided in its functionalities. The licensee is identified as Juan Carlos Castro, and the certificate is issued in the city of Cali, on December 5, 2025. The document is signed by Juan Carlos Castro, with his name written in a stylized script. At the bottom, the contact information for Juan Carlos Castro is repeated: "Tarjeta Profesional: 76255-321821 VLL", "E-Mail: hola@warescolombia.net", and "Móvil: (301) 785 1667 - (350) 273 0747".

WARESCOLOMBIA SAS certifica que la Licencia del Software Médico SAC para la Gestión de Centros de Investigaciones Clínicas, en su versión "WEB", es auténtica y legal para su uso exclusivo en las sedes de RX IMADCO SAS. Esta licencia permite un máximo de nueve (4) usuarios concurrentes y reconoce a IMADCO como licenciatario legítimo.

La licencia es de carácter **no exclusivo e intransferible**, otorgando únicamente el derecho de uso del software al licenciatario. No confiere autorización para el uso en sedes adicionales ni la adquisición de licencias adicionales. Asimismo, no otorga derechos sobre la propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro derecho industrial asociado al Software.

El licenciatario **no está autorizado** para modificar, duplicar, reproducir, aplicar ingeniería inversa ni divulgar los modelos, dispositivos, métodos, técnicas o procesos del Software. Su uso está estrictamente limitado a la finalidad prevista en sus funcionalidades.

La vigencia de la licencia está sujeta a los términos y condiciones acordados con el Licenciente.

Este certificado se expide en la ciudad de Cali, el 5 de diciembre de 2025.

Atentamente,

Juan Carlos Castro

Juan Carlos Castro
Tarjeta Profesional: 76255-321821 VLL
E-Mail: hola@warescolombia.net
Móvil: (301) 785 1667 - (350) 273 0747

13. REGISTRO SANITARIO.

- Copia del registro sanitario vigente de productos o dispositivos médicos utilizados.

[illegible]

SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS. 349-F026-V01

14. PROGRAMA DE TECNOVIGILANCIA.

- Certificación y reporte de cumplimiento del Programa de Tecnovigilancia. Soporte documental de: Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, capacidad de almacenamiento, inscripción en Tecnovigilancia, permiso de comercialización

RX E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA SAS	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA	VERSIÓN: 01
		Página 1 de 30
		FECHA: 05/12/2022

RX E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA SAS	PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA	VERSIÓN: 01
		Página 6 de 30
		FECHA: 05/12/2022

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA

RX E IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE COLOMBIA SAS 900999027-0

- ✓ **Dispositivo médico:** Cualquier instrumento aparato o artefacto, u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta aplicación, propuesta para el fabricante para su uso en seres humanos en:

- Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad.
- Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de una lesión o de una deficiencia.
- Productos de desinfección de dispositivos médicos, (por ejemplo: desinfectantes).

- ✓ **Dispositivo médico activo:** Cualquier dispositivo cuyo funcionamiento depende de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúa mediante la conversión de dicha energía. No se considerarán dispositivos médicos activos, los productos sanitarios destinados a transmitir, sin ninguna modificación significativa, energía, sustancias u otros elementos de un dispositivo médico activo al paciente.

- ✓ **Dispositivo médico activo terapéutico:** Cualquier dispositivo médico activo utilizado solo o en combinación con otros dispositivos, destinado a sostener, modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia.



Villavicencio, 19 de junio del 2025

Señores
Positiva seguros

Asunto: Aclaración frente a requisitos de Buenas Prácticas de Manufactura, capacidad de almacenamiento, Tecnovigilancia y permiso de comercialización

Respetados señores:

La presente tiene como finalidad dar respuesta a la solicitud de presentación de documentos relacionados con **Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), capacidad de almacenamiento, inscripción en Tecnovigilancia y permiso de comercialización**, en el marco del proceso de evaluación o vinculación de nuestra institución.

En este sentido, nos permitimos aclarar que la **IPS IMADCO** es una **Institución Prestadora de Servicios de Salud** debidamente habilitada ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), cuya actividad principal es la prestación de servicios en **radiología e imagenología diagnóstica**, específicamente en **tomas de radiografías digitales directas y ecografías de alta resolución**.

Por lo tanto, informamos respetuosamente que:



- No fabricamos, almacenamos ni comercializamos dispositivos médicos o medicamentos.
- No actuamos como operador logístico, distribuidor ni comercializador de insumos médicos.
- Por consiguiente, no nos aplica la normatividad relacionada con la obtención de BPM ni con el permiso de comercialización ante el INVIMA.
- La inscripción en el programa de Tecnovigilancia se desarrolla a **nivel institucional** como parte del proceso de **seguridad en el uso de equipos biomédicos**, bajo un enfoque interno de gestión del riesgo clínico, según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud.

SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN A PSS - PTS.

349-F026-V01

15. ALMACENAMIENTO.

- Fotografías de instalaciones y condiciones de almacenamiento



Obligaciones Contractuales (las que aplican):

- EL CONTRATISTA se obliga a gestionar las solicitudes de autorización de servicios mediante los canales tecnológicos y/o telefónicos dispuestos por la Compañía y relacionados en el ANEXO 7 GUÍA DE GESTIÓN Y TRAMITE DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS de acuerdo a lo establecido en el Decreto 441 del 2022 y sus normas complementarias.
- EL CONTRATISTA se obliga con POSITIVA a garantizar el acceso a la historia clínica del asegurado a través de medios electrónicos digitales necesarios para facilitar los procesos de auditoría y seguimiento de acuerdo a lo establecido en el Decreto 441 del 2022 y sus normas complementarias, que permita a POSITIVA validar el diagnóstico confirmado o presuntivo de cualquier asegurado atendido por el prestador en que éste se realice.
- EL CONTRATISTA se obliga con POSITIVA a definir un único canal de solicitud de usuarios para la herramienta de gestión de la compañía y realizar la validación periódica

**SOPORTE EVIDENCIAS INFORME VISITAS DE VERIFICACIÓN
A PSS - PTS.
349-F026-V01**

de los usuarios activos a cargo de su NIT. En caso de encontrarse novedades estas deben ser reportadas a POSITIVA de manera inmediata a través del canal que se establezca durante la ejecución del contrato

4. Mantener vigente su habilitación y actualizar sus licencias de funcionamiento de acuerdo con los servicios de salud que prestan, de igual forma abstenerse de prestar servicios a través de personas en entrenamiento o sin el cumplimiento de los estándares establecidos en la normatividad vigente. Cualquier novedad de habilitación de los servicios ofertados debe ser comunicada a POSITIVA de manera inmediata.

Firma por el proveedor



Firma por AGS Colombia