Sea-Bird Electronics, Inc.
13431 NE 20th Street, Bellevue, WA 98005-2010 USA
Phone: (+1) 425-643-9866 Fax (+1) 425-643-9954 Email: seabird@seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0042
CALIBRATION DATE: 28-Mar-13

SBE GLIDER PAYLOAD CTD
PRESSURE CALIBRATION DATA
44 psia S/N 3220333

COEFFICIENTS:

PA0 =	8.367758e-002	PTCA0 =	5.262745e+005
PA1 =	1.511800e-004	PTCA1 =	2.898533e+001
PA2 =	-5.408918e-012	PTCA2 =	-1.855183e-001
PTEMPA0 =	-7.456268e+001	PTCB0 =	2.496538e+001
PTEMPA1 =	4.861590e-002	PTCB1 =	-7.250000e-004
PTEMPA2 =	-2.390548e-007	PTCB2 =	0.000000e+000

PRESSURE SPAN CALIBRATION

PRESSURE PSIA	INST OUTPUT	THERMISTOR OUTPUT	COMPUTED PRESSURE	ERROR %FSR
14.65	623487.0	2004.0	14.66	0.02
24.97	692243.0	2007.0	24.96	-0.02
29.97	725812.0	2009.0	29.97	0.00
34.97	759394.0	2011.0	34.97	0.01
39.97	793053.0	2012.0	39.97	0.01
44.97	826710.0	2015.0	44.96	-0.02
39.97	793052.0	2016.0	39.97	0.01
34.97	759414.0	2017.0	34.98	0.01
29.97	725816.0	2019.0	29.97	0.00
24.97	692280.0	2020.0	24.96	-0.01
14.65	623438.0	2023.0	14.65	-0.01

THERMAL CORRECTION

TEMP ITS90	THERMISTOR OUTPUT	INST OUTPUT
32.50	2227	628920.60
29.00	2153	628774.20
24.00	2048	628677.10
18.50	1933	628608.00
15.00	1859	628537.40
4.50	1639	628317.30
1.00	1566	628105.30

TEMP(ITS90)	SPAN(mV)
-5.00	24.97
35.00	24.94

y = thermistor output; t = PTEMPA0 + PTEMPA1 * y + PTEMPA2 * y^2

x = pressure output - PTCA0 - PTCA1 * t - PTCA2 * t^2

n = x * PTCB0 / (PTCB0 + PTCB1 * t + PTCB2 * t^2)

pressure (psia) = PA0 + PA1 * n + PA2 * n^2

Date, Avg Delta P %FS

● 28-Mar-13   -0.00