# 第一章 竞争性磋商公告

【项目概况】

云梦县人民医院医疗设备一批的潜在供应商应在湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台（网址：https://czt.hubei.gov.cn/zchj/user）或供应商客户端获取采购文件，并于2026年11月09日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：420923202606000478

2、采购计划备案号：420923-2026-00327

3、项目名称：云梦县人民医院医疗设备一批

4、采购方式：竞争性磋商

5、预算金额：1850000（元）

6、最高限价：1780000（元）

7、采购需求：本项目共分3个采购包（允许兼投不允许兼中），采购清单如下：

| 包号 | 名称 | 采购数量 | 单位 | 最高限制单价（元） | 预算金额（元） | 质保期要求 | 交货期要求 | 是否为核心产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 耳鼻喉科电子咽喉镜 | 1 | 套 | 710000.00 | 750000.00 | 产品验收合格后三年 | 合同签订后30天内 | / |
| 002 | 眼科生物测量仪 | 1 | 台 | 370000.00 | 900000.00 | | | 否 |
| | 眼底照相机 | 1 | 台 | 500000.00 | | | | 是 |
| 003 | 肾病内科干体重测量仪（兼人体成份测量） | 1 | 台 | 200000.00 | 200000.00 | | | / |
| 合计 | | | | 1780000.00 | 1850000.00 | | | |

详细技术参数见磋商文件第三章。

8、合同履行期限：合同签订之日起30日内完成交货，质保期：产品验收合格后三年。

9、本项目（是/否）接受联合体投标：否

10、是否可采购进口产品：否

11、本项目（是/否）接受合同分包：否

12、本项目（是/否）专门面向中小微企业：是

13、面向中小微企业的类型为：中小微企业

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

**5、落实政府采购政策需满足的资格要求：**

（1）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单（查询网址：www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址：http//www.ccgp.gov.cn）（以开启当日代理机构查询结果为准）。

（2）本项目整体专门面向中小微企业采购，供应商所投货物全部由符合政策要求的中小微企业制造（即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标），需提供财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）。

**6、本项目的特定资格要求：**

（1）供应商（经销本厂产品的制造商除外）需具有与标的医疗器械类别相对应的经营许可证（三类）或经营备案凭证（二类）；

（2）供应医疗器械标的厂商需具有相对应的生产许可证（二、三类）或生产备案凭证（一类）及相对应的医疗器械产品注册证（二、三类）或产品备案凭证（一类）。

**三、获取采购文件**

1、时间：2026年10月27日至2026年11月02日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至24:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台（网址：https://czt.hubei.gov.cn/zchj/user）或供应商客户端。

3、方式：登录湖北省政府采购电子交　易数据汇聚平台或在供应商客户端按照操作提示下载竞争性磋商文件。

4、售价：0(元)

**四、响应文件提交**

1、开始时间：2026年10月27日00点00分（北京时间）

2、截止时间：2026年11月9日09点30分（北京时间）

3、地点：通过供应商客户端选择项目分包进入“布络湖北政府采购电子交易系统”文件递交页面进行递交（上传）。

**五、开启**

1、时间：2026年11月9日09点30分（北京时间）

2、地点：供应商通过供应商客户端进入“布络湖北政府采购电子交易系统”开标大厅中进行远程开启。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.以上所称供应商投标系统是与湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台完成对接的供应商投标系统。

2.供应商在湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台（https://czt.hubei.gov.cn/zchj/user）完成注册并办理CA后方可下载本项目采购文件，操作指南下载地址：https://czt.hubei.gov.cn/zchj/zIndex/details

3. 本项目发布公告媒介：在湖北省政府采购网、湖北群卫招投标代理有限公司网站（http://www.xgyxzb.cn/）同步发布。

4.政府采购相关政策执行：落实政府采购强制、优先采购节能产品政策；政府采购优先采购环保产品政策；政府采购促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业），落实孝感市政府采购合同融资等政策。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：云梦县人民医院

地　　址：云梦县城关镇凤栖东路1号

联系方式：管老师 0712-4230268

2、采购代理机构信息

名 称：湖北群卫招投标代理有限公司

地 址：孝感市高新区董永路宇济滨湖天地菊苑1栋1单元4层401室

联系方式：0712-2282109、2103077

3、项目联系方式

项目联系人：池鸿亮

电 话：0712-2282109、2103077

# 第二章 供应商须知

## 一 供应商须知表

**供应商应仔细阅读本《供应商须知表》，下表所列内容是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。**

| 条款号 | 项　目 | 内　　容 |
|---|---|---|
| 1.1 | 采购人 | 名　称：云梦县人民医院 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名　称：湖北群卫招投标代理有限公司<br>地　址：湖北省孝感市高新区槐荫办事处西杨社区董永路90号宇济滨湖天地菊苑1栋1单元4层401室<br>联系人：池鸿亮<br>电　话：0712-2282109、0712-2103077 |
| 1.2.1 | 监管部门 | 采购人本级财政局政府采购管理科（股） |
| 1.2.2 | 项目名称 | 云梦县人民医院医疗设备一批 |
| 1.2.3 | 项目地点 | 云梦县人民医院（采购人指定地点） |
| 1.2.4 | 项目内容 | 具体需求见第三章采购需求清单 |
| 1.2.5 | 多采购包投标 | ☐本项目不适用<br>☐供应商可对本项目一个或多个包进行投标，也可中多个包。<br>☑本项目评审时按“第1 包→第2 包→第3 包”的包号递增顺序评审。<br>供应商可对本项目一个或多个包进行投标，但只能在单个标包中取得中标资格，且在后续标包的评审中均视为无效供应商。如某标包因成交供应商放弃中标资格、质疑或投诉等原因导致评审结果变更的，不影响其他包评审结果，也不受多投单中规则影响。 |
| 1.3 | 项目属性 | 货物类 |
| 1.3.1 | 资金来源 | 自筹资金（最高限价）：1780000 元，非财政性资金：0 元。 |
| 1.3.4 | 合格供应商要满足的资格条件 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；<br>2、落实政府采购政策满足的资格要求：<br>☐无<br>☑采购项目整体或者设置采购包专门面向中小微企业采购<br>☐采购项目整体或者设置采购包专门面向小微企业采购<br>☐要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到____%（合理确定一定比例，如30%）。<br>☐要求获得采购合同的供应商将采购项目中的_____%（合理确 |

| 条款号 | 项　目 | 内　　容 |
| --- | --- | --- |
| | | 定一定比例，如30%）分包给一家或者多家中小企业。<br>（以上五个条件五选一）<br>3、本项目的特定资格要求：<br>（1）供应商（经销本厂产品的制造商除外）需具有与标的医疗器械类别相对应的经营许可证（三类）或经营备案凭证（二类）；<br>（2）供应医疗器械标的厂商需具有相对应的生产许可证（二、三类）或生产备案凭证（一类）及相对应的医疗器械产品注册证（二、三类）或产品备案凭证（一类）。<br>4、拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。<br>5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。<br>6、除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品 | □是<br>☑否 |
| 1.3.5.1 | 支持本国产品 | ☑适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。<br>□不适用 |
| 1.3.6 | 是否专门面向中小企业预留采购份额 | ☑是，具体措施<br>☑采购项目整体（或者采购包）专门面向中小企业采购。<br>□要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到____%（合理确定一定比例）。<br>□要求获得采购合同的供应商将采购项目中的_____%（合理确定一定比例）分包给一家或者多家中小企业。<br>（以上三个措施三选一）<br>□否 |
| 1.3.7 | 是否有政府强制采购的**节能产品** | □有，具体产品为_____<br>注：依据财库[2019]19号文的规定，投标产品为《节能产品政府采购品目清单》强制性采购内容的，供应商投报产品应当取得**国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）**，否则，其投标文件无效。<br>☑没有 |
| 1.3.8 | 是否有政府 | □有，具体产品为_____ |

| 条款号 | 项　目 | 内　　容 |
| --- | --- | --- |
| | 强制采购的**环保产品** | 注：依据财库[2019]18号文的规定，投标产品为《环保标志产品政府采购品目清单》强制性采购内容的，供应商投报产品应当取得**国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询截图（认证证书或查询截图的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供）**，否则，其投标文件无效。<br>☑没有 |
| 1.3.9 | 报价方式 | 报价方式：固定总价<br>在供应商投标系统中按照采购文件要求填写报价。 |
| 1.4 | 是否允许联合体参加政府采购活动 | □是，本项目（接受/不接受）大中型企业与小微企业组成联合体<br>☑否 |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求 | / |
| 1.5 | 标的所属行业 | 本项目标的所属行业为 工业<br>(注：从以下选项中选择填写<br>（一）农、林、牧、渔业<br>（二）工业<br>（三）建筑业<br>（四）批发业<br>（五）零售业<br>（六）交通运输业<br>（七）仓储业<br>（八）邮政业<br>（九）住宿业<br>（十）餐饮业<br>（十一）信息传输业<br>（十二）软件和信息技术服务业<br>（十三）房地产开发经营<br>（十四）物业管理<br>（十五）租赁和商务服务业<br>（十六）其他未列明行业 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：详见竞争性磋商公告<br>最高限价：详见竞争性磋商公告 |
| 4 | 计量单位 | ☑中华人民共和国法定计量单位<br>□其他： |
| 6.1 | 现场考察、磋商前答疑会 | ☑不组织<br>□组织，时　间：_____<br>地　点：_____<br>联系人：_____<br>电　话：_____<br>□组织，采购文件提供期限截止后以书面形式通知。 |

| 条款号 | 项　目 | 内　　容 |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | 是否允许分包 | □是，本项目（允许/不允许）大中型企业向一家或者多家小微企业分包，<br>具体要求：<br>1.分包具体内容要求：<br>2.分包金额或者比例要求：<br>3.分包承担主体应当具备相应资质要求：<br>4.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。<br>☑否 |
| 10.3 | 核心产品 | 详见第三章采购需求中规定 |
| 11.3 | 样品或演示 | ☑不需要提供样品<br>□需要提供样品<br>1、递交样品的截止时间：___年__月__日__时（北京时间）<br>递交样品地点：_____<br>递交样品联系人：_____<br>递交样品联系电话：_____<br>2、样品制作的标准和要求：_____<br>3、随样品提交相关检测报告要求：_____<br>（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）<br>4、样品的封存及退回：成交供应商的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未成交的供应商提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，成交结果公告之日起七个工作日后，由未成交供应商自行领回或经未成交供应商同意后自行处理。<br><br>☑不需要提供演示<br>□需要提供演示<br>1、演示时间：_____<br>演示地点：_____<br>演示顺序：_____<br>2、演示要求：_____（内容、设备等要求） |
| 12.1 | 响应报价货币要求 | ☑所有响应文件中均按人民币货币进行报价。<br>□其它：_____ |
| 15.1 | 响应有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 响应文件份数 | （1）电子版投标文件1份，本项目实行投标（响应）文件CA数字证书电子签章，供应商应当按照“布络湖北政府采购电子交易系统”要求编制生成“电子投标（响应）文件”，同时进行CA数字证书电子签章加密。<br>**（2）**供应商（供应商）应按本招标（采购）文件规定的格式 |

| 条款号 | 项　目 | 内　　容 |
| --- | --- | --- |
| | | 和顺序编制投标（响应）文件并按照“布络湖北政府采购电子交易系统”的顺序关联、上传，投标（响应）文件内容不完整、关联、编排混乱导致投标（响应）文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商（供应商）的责任。<br>**（3）要求提交纸质版投标文件：**中标（成交）后，中标（成交）人需在领取中标（成交）通知书前向采购代理机构提交与投标时一致的纸质投标文件纸质版2份（须胶装密封，**书脊处应打印此次采购的项目名称及项目编号。中标后邮寄或现场递交纸质版投标文件**）。 |
| 17 | ★电子投标（响应）特别提示 | 1、本项目采用网上全流程电子投标，参与本项目供应商应获得“湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台” 数字证书（简称“CA”）和电子签章，且安全证书（CA锁）在有效期内，并在“湖北省政府采购用户服务中心”中完成数字证书绑定。<br>2、电子投标文件制作及递交等有关操作见布络湖北政府采购电子交易系统官下载中心《用户操作手册》；布络湖北政府采购电子交易系统客服电话：400-088-5358。<br>3、供应商响应文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由供应商自行承担相应责任<br>4、**供应商应充分考虑到网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成供应商投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购机构和采购人不承担任何责任。** |
| 18.1 | 递交响应文件截止时间、地点： | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 磋商会议时间、地点： | 详见采购公告，以采购公告规定时间、地点为准。 |
| 20.2 | 解密投标文件的时限 | 30分钟，若遇到系统异常情况，采购代理机构须经项目监督人员同意后可延长解密时间。 |
| 20.3 | 磋商准备 | 1. 磋商环境要求：操作系统支持 win7，win10，win11，浏览器支持Chrome，edge，360极速模式，不支持IE或者360兼容模式。<br>2. **供应商应当自备音视频系统，并在开启前安装、调试完成，便于开启会议直播、在线澄清说明、磋商报价等。**<br>3. 因系统中分项报价与采购文件多项报价格式有出入，供应商在提交最后报价的同时，将“采购文件第七章响应文件内容及格式”中的分项报价表分填写齐全后一并提交。<br>4. 待代理公司开启最终报价解密后，供应商成功解密报价后才能离开，同时电话保持畅通随时应对评审小组提供的澄清以及合理性报价说明。 |
| 21.2 | 磋商小组组成 | 磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 24.1 | 样品的评审 | □样品： |

| 条款号 | 项　目 | 内　　容 |
| --- | --- | --- |
| | 办法以及评审标准<br>演示的评审办法及评审标准 | 1、样品评审办法：_____<br>2、样品评审标准：_____<br><br>□演示：<br>1、演示评审办法：_____<br>2、演示评审标准：_____ |
| 29.2 | 评审办法 | 综合评分法 |
| 31.2 | 推荐成交候选供应商的数量 | 3 名/包 |
| 33 | 确定成交供应商的方式 | 成交供应商数量：1 名/采购包<br>□采购人委托磋商小组直接确定成交供应商<br>☑采购人确定成交供应商（采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定成交人） |
| 34 | 成交结果公告 | 公告媒介：湖北省政府采购网<br>公告期限：1 个工作日 |
| 38 | 采购代理服务费 | ☑本项目收取采购代理服务费<br>（1）本项目采购代理服务费由**成交人**向采购代理机构予以支付。<br>（2）支付标准：参照国家发展计划委员会[2002]1980 号文件、发改办[2003]857 号和发改价格[2011]534 号文件规定的收费标准的 92%收取。<br>（3）支付形式：转账或现金<br>（4）支付时间：成交人在领取中标通知书的同时向采购代理机构支付，并同时领取发票。<br>（5）银行账户信息：<br>户名：湖北群卫招投标代理有限公司<br>开户行：湖北建行孝感乾坤大道支行<br>账号：42050168220800000054<br>（6）其他事项：成交人交纳采购代理服务费时需携带以下开票资料：<br>1） 开票单位名称；<br>2） 纳税人识别号（或统一社会信用代码）； |
| 41.3 | 质疑 | 一、供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。提出方式有如下两种：<br>（一） 在“布络湖北政府采购电子交易系统”提出<br>1.在采购文件、采购结果等环节发布后，供应商可登录“布络湖北政府采购电子交易系统”平台，对本次采购文件或采购结果等环节进行质疑或询问。<br>2.质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格 |

| 条款号 | 项　　目 | 内　　容 |
| --- | --- | --- |
| | | 式。<br>二、供应商应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：采购公告、采购文件、采购过程、成交结果）<br>三、供应商应知其权益受到损害之日，是指：<br>1.对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；<br>2.对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；<br>3.对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 |
| 41.4 | 质疑回复 | 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 41.5 | 投诉 | 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向供应商须知前附表第1.2.1规定的监管部门提起投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |
| 其他 | | |
| 序号 | 项　　目 | 内　　容 |
| 1 | 孝感市政府采购合同融资政策告知函 | 各供应商：欢迎贵公司参与孝感市政府采购活动！<br>政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活动的中小微企业,在获得政府采购中标(成交）通知书后,即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请,金融机构依据政府采购中标(成交）通知书和政府采购合同,为中小微企业提供融资服务。依托政府采购管理系统建立“政采贷”平台,与中国人民银行征信中心应收账款融资服务平台实现互联互通,推进线上“政采贷”业务开展。<br>贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可根据《孝感市政府采购合同融资实施方案》（孝财采发[2020]83号）申请贷款服务。<br>**（一）政府采购合同融资贷款流程说明：**<br>一、“孝感市政府采购合同融资平台” 可通过湖北省政府采购网和湖北政务服务网登录，也可通过平台网址进入，平台网址：孝感市政府采购合同融资平台 https://www.xghtrz.cn:9999<br>二、登录后跳转：注册成功后，以统一社会信用代码为账号（或者手机验证码方式）登录到系统，手动勾选匹配合同标段信息，跳转进入“中征应收账款融资服务平台”。<br>三、申请融资并锁定账户：选择意向资金提供方并提交融资申请，资金提供方与供应商达成融资交易后填写融资成交单并推送至“孝感市政府采购合同融资平台”，数据后台同步到内网“政府采购系统”并锁定账户信息，待合同融资确认 |

| 条款号 | 项　目 | 内　　容 |
| --- | --- | --- |
| | | 后发放贷款。<br>四、支付到锁定账户：履约验收任务完成后，预算单位通过“财政国库集中支付系统”将资金支付到锁定的回款账户。<br>**（二）孝感市直开展“政采贷”业务金融机构联系表，详见36.7条。** |
| 2 | 声明承诺提醒 | 供应商响应文件中提供的各种声明和承诺应当真实有效，无效声明和承诺、虚假声明和承诺将由供应商自己承担由此带来的任何不利后果，虚假声明和承诺还将报告监管部门追究法律责任。 |
| 3 | 电子投标（响应）特别提示 | 1、本项目采用网上投标，参与本项目供应商应获得**湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台**（CA锁）及电子签章，且安全证书（CA锁）在有效期内。<br>2、汇聚平台技术支持电话:400-088-5358，027-67818745（法定工作日9:00至17:30）<br>3、供应商投标（响应）文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审时受到影响的，由供应商自行承担相应责任<br>4、供应商应充分考虑到网上投标（响应）会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成供应商投标内容不一致或利益受损或投标（响应）失败的，采购代理机构和采购人不承担任何责任。 |

**特别注意：供应商应随时关注第一章磋商公告中指定网站发布的本磋商项目的相关信息（答疑、澄清、通知公告等）。**

1）除本磋商文件另有规定外，磋商文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交响应文件时间为2021年12月1日，则“近三年”是指2018年12月1日至2021年11月30日。

2）关于提交经审计的财务报告的年份要求：递交响应文件时间如在当年6月30日以前，则近三年指上上个年度往前推算的三年，如递交响应文件时间为2021年6月9日，则“近三年”是指2017年度、2018年度、2019年度。

递交响应文件时间如在当年6月30日以后，则近三年是指上个年度往前推算的3年，如递交响应文件时间为2021年12月1日，则“近三年”是指2018年度、2019年度、2020年度。

3）本采购文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，均包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。

4）《供应商须知前附表》中，“☑和■”代表选中，“□”代表未选中。

# 二 总则

## 1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见供应商须知表 1.1 条。

1.2 采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见供应商须知表 1.2 条。

★1.3 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其响应货物须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，符合采购人根据采购项目提出的特殊条件，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的采购文件。

1.3.4 供应商资格条件详见供应商须知表 1.3.4 条中的规定。

1.3.5 若供应商须知表 1.3.5 条中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），供应商应保证所响应进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足采购文件要求的国内产品参与磋商。

若供应商须知表 1.3.5 条中未写明允许采购进口产品，如供应商响应产品为进口产品，其响应文件将被认定为**无效响应**。

1.3.6 若供应商须知表 1.3.6 条中写明专门面向中小企业预留采购份额，如有下列情况的，其响应文件将被认定为**无效响应**。（注列情况根据供应商须知表 1.3.6 项，对应设置其一）

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购，供应商提供的货物不是中小企业制造的；

（二）供应商以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业承担的部分没有

达到采购文件规定的比例的；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业，没有达到采购文件规定的比例的。

1.3.7 若供应商须知表 1.3.7 条中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如供应商所响应产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其响应将被认定为**无效响应**。

1.3.8 如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。

★1.4 如供应商须知表 1.4 条中允许联合体参加采购活动的，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同参加采购活动协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目采购活动，否则相关响应文件将被认定为无效响应。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体成交的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8 对联合体参加采购活动的其他资格要求见供应商须知表 1.4.8 条。

★1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关响应将被认定为**无效响应**。

★1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其响应文件将被认定为**无效响应**。

★1.7 供应商在磋商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为**无效响应**。

**2.资金来源**

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知表 2.2 条。

★2.3 供应商报价超过采购文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其响应文件将被认定为**无效响应**。

**3.语言文字**

除专用术语外，与磋商有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

**★4.计量单位**

除供应商须知表 4 条中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

**★5.磋商费用**

不论磋商的结果如何，供应商应承担所有与本次政府采购活动有关的费用。

**★6.现场考察、磋商前答疑会**

6.1 供应商须知表 6.1 条规定组织现场考察或磋商前答疑会的，采购人按供应商须知表 6.1 条规定的时间、地点组织供应商现场考察或磋商前答疑会，或者在领取采购文件期限截止后以书面形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

6.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技

术文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担相应后果。

6.3 现场考察及磋商前答疑会所发生的费用及一切责任由供应商自行承担。

**★7.分包**

7.1　供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合供应商须知表 7.1 款的分包内容、分包比例或金额和分包承担主体应当具备相应资质等限制性条件且不得再次分包。除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

7.2 政府采购合同分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

# 三 采购文件

**8.采购文件构成**

8.1 采购文件共七章，内容如下：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 供应商须知

第三章 货物需求

第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

第五章 评审办法

第六章 政府采购合同条款及格式

第七章 响应文件内容及格式

★8.2 供应商应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如供应商没有按照采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对采购文件做出实质性响应，可能导致其响应文件被认定为**无效响应**。

**9.采购文件的澄清与修改**

9.1 采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在递交首次响应文件截止时间至少 5 日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延首次递交响应文件截止时

间。

9.2 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，对所有采购文件的收受人具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

# 四 响应文件的编制

**10.响应范围**

10.1 项目有分包的，供应商若响应多包，应当对所响应分包或几个分包分别编制响应文件。

★10.2 供应商应当对所响应分包采购文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行响应，如仅响应分包中某一部分内容，其该包响应文件将被认定为无效响应。

★10.3 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知表 10.3 条中视情况载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按照第五章“评审办法”第 4 条“同一品牌产品”规定处理。

10.4 无论采购文件第三章　货物需求中是否要求，供应商所响应货物均应符合国家强制性标准。

**11.响应文件构成**

★11.1 供应商应完整地按采购文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件。具体详见第七章 响应文件内容及格式。

11.2 供应商应按采购文件提供的格式编写响应文件。采购文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见供应商须知表 11.3 条。

11.4 响应文件应在**供应商客户端**中进行编制，在响应文件中要求加盖印章的，除有特殊说明之外，一律使用电子签章签署。

11.5 供应商在供应商客户端中按照供应商客户端中的格式要求填写响应内容后，生成响应文件。供应商须按照竞争性磋商文件的要求使用电子签章对要求加盖印章的部分逐一进行签章。

**★12.响应报价**

12.1 所有响应均按供应商须知表 12.1 条中要求货币进行报价。供应商的响应

报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其响应文件将被认定为无效响应。

12.2 报价（单价及总价）应为响应货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3 供应商应按采购文件要求在相关表格中标明响应货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4 供应商提交的最后报价,在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

12.5 每种货物只能有一个响应报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6 除非采购文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

**★13 知识产权**

13.1 供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.2 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.3 如使用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

**★14.证明响应标的的合格性和符合采购文件规定的技术文件**

14.1 供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合采购文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

14.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至采购文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3）对照采购文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对采购文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

**★15.响应有效期**

15.1 响应应在供应商须知表 15.1 条中规定的响应有效期内保持有效。响应有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效响应。

15.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原响应有效期截止之前，要求供应商延长响应的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长响应有效期的要求，其磋商保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

**16.响应文件的签署及规定**

响应文件全部采用电子文档，并由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按采购文件规定在响应文件上签字或加盖电子印章，并加盖单位电子印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字或加盖电子印章。

## 五 响应文件的递交

**★17.响应文件的加密**

17.1 供应商在供应商客户端中生成响应文件并完成签章之后，使用 CA 证书在供应商客户端中对响应文件进行加密。

17.2 供应商应在供应商客户端中对加密的响应文件进行解密验证，以防止响应文件加密异常，在开启时无法解密。供应商应按第一章“磋商公告”中规定的时间前在电子采购平台上提交响应文件，并按电子采购平台提示，设置响

应文件加密密码。供应商应牢记上传的电子响应文件加密密码并严格保密，该密码将用于解密其电子响应文件。因忘记密码无法解密响应文件，导致的后果由供应商自行承担。

17.3 供应商应保证加密响应文件的 CA 证书有效期在开启时间之前。若 CA 证书有效期临近开启时间，建议供应商提前办理 CA 证书续期，以免开启时无法进行解密。

17.4 供应商应充分评估集中提交带来的网络影响，尽量避开网络使用高峰时间，错峰进行上传。

17.5 供应商应将电子采购平台上未加密且盖章的响应文件下载谨慎保存，以便启动应急磋商程序时使用。

17.6 供应商所递交的响应文件不予退还。

**★18.递交响应文件截止**

18.1 供应商应在供应商须知表 18.1 条中规定的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知表 18.1 条中规定的地点。

18.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

**★19.响应文件的接收、修改与撤回**

19.1 供应商在磋商截止时间前，可以使用 CA 证书对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章后，作为响应文件的组成部分。

19.2 磋商截止后，磋商有效期内供应商不得撤销其响应文件。

# 六 磋商及评审

**★20.磋商会议**

20.1 采购人和采购代理机构将按供应商须知表 20.1 条中规定的时间和地点组织磋商会议，并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足 3 家的，不得继续磋商。

20.2 磋商准备：供应商应当按照“供应商须知前附表”要求提前准备好磋商所需的设备，确保设备稳定可靠、互联网畅通。供应商登录供应商客户端，

通过供应商客户端进入交易系统“应标大厅”，准时参加在线磋商，按照工作人员提示进行相关操作。未按上述要求进行操作或解密的，导致的后果由供应商自行承担。

**★21.组建磋商小组**

21.1 按照《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》有关规定依法组建磋商小组，负责本项目评审工作。

21.2 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。本项目磋商小组组成详见供应商须知表 21.2 条。

21.3 评审小组的职责：

（1） 审查、评价响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

（2） 要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明；

（3） 对响应文件进行比较和评价；

（4） 确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

（5） 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

21.4 评审小组的义务：

（1） 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

（2） 提出真实、可靠的评审意见；

（3） 严格遵守评审纪律，不得向外界泄露评审情况；

（4） 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向采购人、采购代理机构或者有关部门报告并加以制止；

（5） 按照采购文件规定的评审方法和评审标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

（6） 编写评审报告；

（7） 配合采购人或者采购代理机构答复供应商提出的质疑；

（8） 对评审过程和结果，以及采购人、供应商的商业秘密保密；

（9） 配合监管部门处理投诉；

21.5 评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

（1） 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

（2） 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3） 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4） 自身与政府采购项目存在利害关系的；

21.6 政府采购评审专家与供应商存在利害关系未回避的，处2万元以上5万元以下的罚款，**禁止**其参加政府采购评审活动。

21.7 评审小组具有依据采购文件进行独立评审的权力，且不受外界任何因素的干扰。评审小组成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评审结果有不同意见的评审小组成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评审报告应当注明不同意见。评审小组成员拒绝评审或者拒绝在评审报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

**★22.资格审查**

22.1 磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审。

22.2 采购人或采购代理机构将在递交响应文件截止时间后，资格审查结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为**无效响应**。

22.2.1 不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信名单。

22.2.2 根据政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额 罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号 ）要求，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为**无效响应**。

22.2.3 查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供

应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

**★23.符合性审查**

23.1 符合性审查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照采购文件的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为**无效响应**；通过符合性审查的供应商数量不足 3 家的，不得作进一步的比较和评价，

**24.样品及演示**

24.1 供应商须知表 11.3 条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表 24.1 条中样品或演示的评审办法以及评审标准进行评审。（如有）

24.2 采购活动结束后，对于未成交供应商提供的样品，应当及时退还或者经未成交供应商同意后自行处理；对于成交供应商提供的样品，应当按采购文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见供应商须知表 11.3 条。

**25.响应文件的澄清**

25.1 在磋商期间，磋商小组可以书面要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应文件将被作为无效响应处理。

25.1.1 供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.1.2 供应商的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

25.2 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

25.3 磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。提交 证明材料的合理时间按第五章 评审办法规定执行。

**★26.磋商**

26.1 磋商小组将集中根据采购文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应采购文件要求的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况，**经采购人代表确认后**变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条例等实质性内容。

26.3 对采购文件作出实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

26.4 供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（或非法人组织负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

**★27.最后报价**

27.1 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，且提交最后报价的供应商不少于 3 家，本须知第 27.2 条规定的情形除外。

27.2 采用竞争性磋商方式开展采购的“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

27.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

27.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商不视为撤回响应文件，退出磋商不影响退出磋商的供应商对已经递交的响应文件承担法律、法规和采购文件中规定的相应责任。采购人,采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金（如有）。

**★28.响应无效**

28.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组将审查每份响应文件是否实质上响应了采购文件的要求。

实质性要求是指采购文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对采购文件的实质性要求进行响应是指与采购文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。

如果响应文件没有对采购文件的实质性要求进行响应，将作为**无效响应**处理，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应。

磋商小组决定是否实质性响应只根据采购文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

28.2 如发现下列情况之一的，其响应文件将被认定为无效响应：

（1）未按采购文件的规定提交响应保证承诺的

（2）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

（3）供应商的报价超过了采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和采购文件中规定的实质性要求的。

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）属于法律、法规和采购文件中规定的其他无效响应情形的。

**29.比较与评价**

29.1 经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据采购文件确定的评审办

法，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

29.2　评审严格按照采购文件的要求和条件进行。按照供应商须知表 29.2 条规定的综合评分法进行评审，详细评审标准见采购文件第五章 评审方法。

综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

29.3 根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价扣除 6-10%后参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。**具体详见第五章 评审办法。**

29.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第五章 评审办法。

**★30.终止本次磋商**

出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构应当终止本次竞争性磋商。

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本须知 27.2 条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算或最高限价的供应商不足 3 家的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

**31.成交候选供应商的确定原则及标准**

31.1 除第 34 条规定外，磋商结束后，除了算数修正和落实政府采购政策需进

行的价格扣除外，不对供应商的响应价格进行任何调整。评审结果按照得分由高至低的顺序排序。具体处理办法详见 第五章 评审方法。

31.2 磋商小组将按供应商须知表 31.2 条中规定的数量推荐成交候选供应商。

31.3 因推荐成交候选供应商名单产生其他问题，由磋商小组集体研究处理。

**★32.保密原则**

32.1 评审将在严格保密的情况下进行。

32.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定成交

**33.确定成交供应商**

采购人在收到评审报告 5 个工作日内,从评审报告提出的成交候选供应商中,根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且综合得分最高的原则确定成交供应商,也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。本项目成交供应商确定方式详见供应商须知表 33 条。

**★34.采购任务取消**

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

**35.成交通知书**

35.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定之日起 2 个工作日内，在湖北省政府采购网及上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

35.2 成交通知书是合同的组成部分。

**★36.签订合同**

36.1 成交供应商应当自发出成交通知书之日起 30 日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

36.2 除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

36.3 采购文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性

修改。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

36.4 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

**36.5 政府采购合同融资政策。参与政府采购活动的中小微企业，在获得政府采购中标(成交)通知书后，可以向开展政府采购合同融资业务的金融机构提出申请，金融机构依据政府采购中标(成交)通知书和政府采购合同，为中小微企业提供融资服务。**

**36.6 为推动政府采购合同融资工作，支持中小微企业发展，孝感市财政局已建成“孝感市政府采购合同融资平台”，有融资需求的供应商可通过该平台提交融资申请。平台网址及相关操作手册:孝感市政务服务和大数据管理局-公共资源交易综合服务-业务通知-《关于市财政局启用“孝感市政府采购合同融资平台”有关工作的通知》(网址：http://xgxz.xiaogan.gov.cn/ywtz/1573323.jhtml)**

36.7 附件 2

孝感市直开展“政采贷”业务金融机构联系表（2026）

| 序号 | 银行名称 | 部门名称 | 固定电话 | 联系人 | 手机号码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 农发行孝感市分行 | 信贷管理部 | 2843897 | 焦爱红 | 15072599998 |
| 2 | 中国工商银行孝感分行 | 普惠金融事业部 | 2876285 | 普睿 | 15098063700 |
| 3 | 中国农业银行孝感分行 | 公司业务部 | | 岳博睿 | 13733524979 |
| 4 | 中国银行孝感分行 | 公司金融部 | 2310428 | 黄易 | 15971234289 |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司孝感分行 | 公司业务部 | 2959335 | 侯炜 | 18373150920 |
| 6 | 湖北银行孝感分行 | 普惠部 | | 鲁思成 | 13508698456 |
| 7 | 孝感农商行 | 信贷管理部 | 2827684 | 胡俊 | 18062311665 |
| 8 | 交通银行孝感分行 | 普惠金融事业部 | 2598032 | 吕典 | 13508630025 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行孝感市分行 | 普惠金融部 | 2953825 | 李小兰 | 15826820185 |
| 10 | 招商银行孝感分行 | 公司银行部 | 2628615 | 王瑱 | 18972659111 |
| 11 | 汉口银行孝感分行 | 公司业务部 | 2721565 | 张昊燕 | 13789992333 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 民生银行孝感支行 | 风险部 | | 万海霞 | 13927468529 |
| 13 | 浦发银行孝感分行 | 风险管理部 | 2898816 | 梅元彩 | 18772129592 |

**36.8 采购人增加合同标的的权利**

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**★37.履约保证金（不适用）**

37.1 无需缴纳履约保证金。

**★38.采购代理服务费**

成交供应商须按照供应商须知表 38 条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

**39.廉洁自律规定**

39.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

39.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

**40.人员回避**

供应商认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

**41.质疑与接收**

41.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

41.2 质疑供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

41.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，　见供应商须知表

41.3 条。

**42.履约验收**

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。

**43.适用法律**

本项目的采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。**相关法律、法规、规范、标准、文件有更新、修订、废止的，以最新规定为准。**

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

# 第三章 货物需求

采购需求说明：

打"★"号条款为商务、技术要求的实质性条款（关键性参数及要求），应满足或优于，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。须在偏离表中声明“完全满足”或“无偏离”，并按要求提供详实的证明文件或承诺函。

打“▲"号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲"条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。须在偏离表中声明“完全满足”或“无偏离”，并按要求提供详实的证明文件或承诺函。负偏离或未提供的视为不响应。

其他未标注的技术参数（或条款）为一般技术参数（或条款）。

## 一、采购需求

本项目共分 3 个采购包（允许兼投不允许兼中），采购清单如下：

| 包号 | 名称 | 采购数量 | 单位 | 最高限制单价（元） | 预算金额（元） | 质保期要求 | 交货期要求 | 是否为核心产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 耳鼻喉科电子咽喉镜 | 1 | 套 | 710000.00 | 750000.00 | 产品验收合格后三年 | 合同签订后 30 天内 | / |
| 002 | 眼科生物测量仪 | 1 | 台 | 370000.00 | 900000.00 | | | 否 |
| | 眼底照相机 | 1 | 台 | 500000.00 | | | | 是 |
| 003 | 肾病内科干体重测量仪（兼人体成份测量） | 1 | 台 | 200000.00 | 200000.00 | | | / |
| 合计 | | | | 1780000.00 | 1850000.00 | | | |

## 二、技术要求

### 001 包

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |
|---|---|---|
| 1-1 | 耳鼻喉科电子咽喉镜 | 一、图像处理器<br>1.主机+光源+气泵+显示器一体化图像处理器。<br>2.显示器分辨率≥1920*1080，触摸式高清液晶屏；触控操作平台、主控光源与气泵。 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| | | 3.内置的图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。图片、录像文件的分辨率≥2880*1620。具有多种图像画面形状选择功能。<br>4.标配大存储器，具备多个USB输入接口，兼容无线键鼠、脚踏开关、存储器等附件接入。<br>5.数据导出：通过 USB 接口可将录像视频、病例图像、报告导出到外接 USB 存储器；数据导出格式：图片（JPG、BMP），视频（AVI），报告文件（PDF）。<br>6.图文管理系统：支持病历管理功能，可查看、编辑、保存、预览、打印病历报告以及病历报告检索。建立病人后自动生成文件夹，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理。<br>7.支持 DICOM 标准协议，通过网络可传输病历数据。<br>8.具有DVI、SDI两种高清信号输出方式，DVI、SDI视频输出接口输出视频分辨率≥1920*1080，输出接口各≥2个，共≥4路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。<br>9.具备电子放大多级可调、血液强化多级可调、暗区增亮多级可调、构造增强多级可调、轮廓增强多级可调等功能。<br>10.自动增益控制（AGC）：多级可调，且支持自动调光。对比度：多级可调。色调调节：能对“红色”、“绿色”、“蓝色”、饱和度色调进行调节，多级可调。<br>11.测光模式：可选平均、峰值、自动。<br>▲12.具有窄带成像功能，≥4个模式可选。<br>▲13.具有同屏双显功能，≥2个模式可选，包含但不限于支持双镜双画面、窄带双画面、冻结双画面。<br>14.自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义功能设置。<br>15.能够兼容同一品牌内窥镜接入使用。并能接入鼻内镜或耳内镜硬镜使用。<br>16.冷光源与气泵：<br>（1）光源：LED 灯冷光源。<br>（2）光通量：≥300 lm。<br>（3）色温：3000K～7000K。<br>（4）调光模式：≥9档亮度可调。<br>（5）气泵压力：35kPa～65kPa。<br>（6）气泵档位：≥3档（9级）可调。<br>17.用户访问控制：普通账号：可以管理患者的临床数据，包括查看、编辑及导出患者临床数据； 管理员账号：含普通账号的所有权限并可对普通帐号进行管理。<br>18.供电方式：电池供电：具有内置可充电电池,充满电的内部电源可连续工作时间≥2h，具备一定应急功能。交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。<br>二、电子鼻咽喉内窥镜技术参数<br>1. 成像原理：高清电子成像技术，通过电缆传输图像、通过导光光纤连接内窥镜冷光源照明。 |

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| | | 2. 采用锥形先端部结构设计，能够实现低阻力插入，更有效地进入狭窄区域，提升诊疗的精准度与效率。<br>▲3. 检查镜头端部最小尺寸≤2.3mm，软镜插入管外径≤3.1mm，无工作通道；插入部有效长度≥300mm。<br>4.治疗镜头端部最小尺寸≤4.7mm，软镜插入管外径≤4.8mm，工作通道≥2.0mm。插入部有效长度≥360mm。<br>5. 视场角≥120°。<br>6. 景深范围：≥3-145mm。<br>7. 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥130°，向下弯曲≥130°。<br>8. 操作部防水等级：IPX7。<br>9. 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥110°，向右≥110°。<br>▲10. 操作手柄具有≥4 个独立的电子功能按键，按键均可实现按键功能自定义，包括但不限于拍照录像、图像冻结、测光模式、窄带成像以及电子放大等功能。<br>11. 产品结构含电气插头和导光插头，可用于连接防水盖后全浸泡清洗消毒。消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。<br>12. 连接方式：手柄连接一体式数据导线软管，转接线可耐受浸泡消毒。<br>13. 产品使用年限≥10 年 |
| 1-2 | 配置清单 | ★配置清单（包含以下内容，供应商提供能满足或优于配置清单的书面声明函）：<br>1.医用内窥镜图像处理器（含冷光源），1 套<br>2.电子鼻咽喉内窥镜，检查镜 2 条，治疗镜 1 条；<br>3.硬镜摄像头 1 个<br>4.24 寸以上高清医用监视器，1 台<br>5.图文工作站及医用台车，1 套 |

# 002 包

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |
|---|---|---|
| 1-1 | 眼科生物测量仪 | 1、光干涉式非接触眼轴长测量（波长 830，范围 14-40 毫米）、Scheimpflug 角膜厚度和前房深度测量、360 点曲率测量、眼表照像实现角膜直径和瞳孔直径测量。<br>2、测量速度:正常情况 10 秒完成 6 个参数测量，并能对小儿和眼球震颤等配合不良的患者尽量测量。<br>3、能自动利用测量结果计算人工晶体度数，并支持多种计算公式如 SRK－T，SRK－II，Holladay I，HofferQ，Haigis，Camellin-Calossi<br>4、至少具有一种第五代人工晶体度数计算公式，如 Barrett ，Kane，Hill RBF 等<br>5、至少具有一种第五代人工晶体散光度数计算公式，如 Barrett Toric,KaneToric，Hill RBFToric 等。<br>6、具备轴率比计算，具备近似防控软件，可随访，可根据不同控制方法预测眼轴和近视情况 |
| 1-2 | 配置清单 | ★配置清单（包含以下内容，供应商提供能满足或优于配置清单的书面声明函）：<br>测量主机一台、处理和计算电脑一台、打印机一台、度数计算软件包，选配轴长预测软件，支持近视防控软件等。 |
| 2-1 | 眼底照相机 | 1 、成像原理：SLO 共焦激光扫描成像；<br>2 、激光波长：≥四种激光；具备蓝色激光、绿色激光、红色激光、近红外激光；<br>▲3 、拍摄范围最大角度：单张≥168°；<br>4 、全景影像模式：拍摄获取≥270 成像范围；<br>5 、影像功能：超广角彩照成像；<br>6 、激光多模式影像：红激光通道成像，绿激光通道成像，蓝激光通道成像；无赤光成像，近红外成像；四激光分层影像，IR 实时预览；<br>7 、眼位引导：多方向眼位引导；<br>8 、单张成像时间：超广角成像模式下≤0.2s；<br>9 、图像分辨率：超广角成像模式下≥4096x4096pixels，数字分辨率 5μm<br>10 、免散瞳：超广角成像模式下最小瞳孔直径≤2.0mm，无需暗室，免散瞳<br>11 、拍摄方式：全自动对焦拍摄，全自动和手动拍摄可任意切换；<br>12、影像处理：配置独立的影像处理工作站，用于影像的处理、分析和打印<br>13、屈光补偿范围：≤-35D 至≥+45D<br>14、变焦功能:具备≥3 种镜头角度，一键切换 |
| 2-2 | 配置清单 | ★配置清单（包含以下内容，供应商提供能满足或优于配置清单的书面声明函）：<br>标配或以上 |

# 003 包

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1-1 | 肾病内科干体重测量仪（兼人体成份测量） | 一、设备总体用途<br>适用于肾内科血液透析、腹膜透析、慢性肾脏病患者床旁干体重评估、体液负荷定量监测；同时满足临床营养科人体成分、营养状态评估。支持病房床旁、透析室、营养门诊移动使用，辅助制定透析超滤方案及临床营养干预方案。<br>二、整机通用要求<br>▲1、整机支持床旁移动使用，配置医用移动推车；配备内置可充电电池，脱离外接电源可独立完成检测；支持躺姿、坐姿、站姿多体位测量，适配卧床透析患者。<br>▲2、常规临床检测采用永久接触式电极，日常检测不需要一次性电极贴片；可兼容粘贴式电极作为重症、严重水肿、不能配合接触电极患者的备选方案，降低科室长期耗材成本。<br>▲3、采用医用多频生物阻抗测量技术，不少于 6 个测量频率，频率包含 1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz；频率允差≤±1%；1kHz 条件下激励输出电流≤80μA±10μA；微弱安全激励电流，对体内植入起搏器患者具备使用安全说明。<br>▲4、主机重量≤3kg；可配置便携包作为可选配件（不强制标配）。<br>▲5、单次单人检测完成时间≤45 秒。<br>6、中文彩色触控操作界面；工作环境：温度 0-35℃，相对湿度 30%-70%；供电 AC100 240V，50/60Hz。<br>三、测量技术硬件指标<br>▲7、可对右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢共 5 个节段分别独立采集阻抗（Z）、电抗（Xc）信号，可计算相位角；每个节段可在多个频率下完成阻抗信号采集。<br>▲8、阻抗测量范围 10Ω-1000Ω；阻抗测量精度：四肢 ±4%，躯干 ±6%以内。<br>▲9、适用测量人群：体重 10-250kg，身高 95-220cm，年龄 3-99 岁，兼容老年、肥胖、肾病水肿患者。<br>10、电极配置：≥8 点电极采集体系；支持接触式电极常规检测，兼容粘贴电极备选使用。<br>四、报告输出核心强制指标<br>设备检测报告必须输出以下体液、人体成分核心指标，支持透析患者干体重评估：<br>▲11、体液指标：总体水 TBW、细胞内液 ICW、细胞外液 ECW、细胞外水分比率；**支持多余水分（OH）评估、输出干体重参考值**；支持 5 个节段分别输 |

<table>
<tr><th>序号</th><th>设备名称</th><th>技术参数及要求</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>出节段水分、节段细胞内外水分、节段细胞外水分比率，可提示局部水肿状态。<br><br>▲12、人体成分指标：去脂体重、身体细胞量、骨骼肌量、骨骼肌质量指数SMI、脂肪量、体脂率、蛋白质、无机盐、基础代谢率；全身相位角、节段相位角。<br><br>▲13、支持同一患者多次测量历史数据比对，可生成体液、体成分变化趋势图，用于透析前后随访对比。<br><br>14.可输出 BMI、腰臀比、内脏脂肪相关评估指标；具备生物电阻抗矢量分析（BIVA）图谱功能。<br>15、具备儿童人体成分评估报告、成长趋势分析功能。<br>16、具备营养膳食建议、运动建议、食物交换份参考、食谱参考模块。<br>17、具备生活习惯问卷、营养素推荐等健康管理模块。<br>18、可输出多频率 多节段阻抗曲线图，便于科研分析。<br>▲19、具备透析患者专用容量评估算法 / 评估模式，适配血透、腹透患者体液管理需求；可导出原始测量数据，支持临床科研使用。<br>20、本地数据库存储容量≥10 万例患者检测记录；支持患者 ID、姓名检索，历史数据长期保存。<br>21、支持 USB 导出 PDF 格式报告，可外接打印机输出 A4 中文报告，报告可直接用于病历归档。<br>22、提供标准 HL7 等通用数据接口，接口免费开放，不得收取额外接口开发费，支持对接医院 HIS、血透管理系统，实现检测数据回传医院信息系统。<br>23、内置亚洲人群参考数据库；支持自定义科室参考阈值，可备注透析前 / 透析后、基础疾病等临床信息。<br>24、支持批量导入受试者信息功能，减少手工录入工作量。</td></tr>
<tr><td>1-2</td><td>配置清单</td><td>★配置清单（包含以下内容，供应商提供能满足或优于配置清单的书面声明函）：
<table>
<tr><th>序号</th><th>设备部件名称</th><th>数量</th><th>单位</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>干体重兼人体成分分析仪主机</td><td>1</td><td>台</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>电源适配器</td><td>1</td><td>个</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>可充电锂电池组</td><td>1</td><td>套</td><td>脱离市电可工作</td></tr>
<tr><td>4</td><td>8 点接触式电极套件</td><td>1</td><td>套</td><td>常规检测使用</td></tr>
<tr><td>5</td><td>移动推车</td><td>1</td><td>台</td><td>必须标配</td></tr>
<tr><td>6</td><td>操作手册、维修维护手册（中文）</td><td>1</td><td>套</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>合格证、出厂检验报告</td><td>1</td><td>套</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>USB 存储介质</td><td>1</td><td>个</td><td>用于数据导出</td></tr>
<tr><td>9</td><td>打印机</td><td>1</td><td>台</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- |
| | | |

## 三、商务要求

★1. 交货期：合同签订之日起 30 日内完成交货。

★2.质保期：产品验收合格后三年。

★3.交货地点：云梦县人民医院（采购人指定地址）。

4.供应商的报价应包含为完成招标文件提出的设备采购、运输、安装、税费、集成、调试、报检以及售后服务等全部相关工作所有可能发生的费用。

★5.付款方式：合同中约定。

6.技术服务及培训：供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作，至少包括：①培训目标及设备、场地、培训资料；②培训人员安排；③临床应用培训方案；④操作实践培训方案。

7. 供应商提供近三年的所响应产品业绩。

8. 售后服务：

8.1 质保期内成交供应商为采购人整机免费保修，终身维修，所涉及的软件部分终身免费升级换代，提供全套技术资料，质保期结束后若需继续维保的维保费用比例为≤5%的中标金额。

8.2 售后服务机构设置：供应商应具备与项目内容相关的售后服务机构，并根据本项目实施要求配备售后服务机构及技术人员，明确人员主要工作内容及职责，责任划分明确，体现人员的协调配合，确保产品在安装及维护阶段具有应有的技术保障。

8.3 产品故障报修后的服务流程：供应商应有完善的故障处理流程，提供 7*24 小时服务。实时解决机器的问题；设有维修服务网点，有专业的维修工程师团队，提供相关证明文件并列举姓名和电话。成交供应商应保证设备生产商和/或其售后服务商提供人工保修和含配件保修价格，提供优惠折扣。

8.4 维修响应时间：当产品出现故障时，成交供应商应在接到通知后 30 分钟内提

供电话或视频等服务响应，若需现场处理的问题须派设备制造商或其售后服务商在接到采购人通知后24小时内派工程师到采购人现场（以优惠的价格进行维修），完成维修。如一时无法修复，则提供备用设备保障产品正常使用。供应商应结合自身的实际情况进行细化编制，充分体现自身特点。

8.5 售后解决措施：为保障产品的正常使用，供应商应具备应急处理能力，对不可预见情况具备应急处理方案，确保在质保期内产品正常运行与使用。

8.6 备品备件供应及优惠价格要求：成交供应商应保证设备在有效期内的备件供应，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的报价表须在投标文件中列出，如未列出者，视为应标供应商终身提供。

8.7 供应商交付设备时，应按照《国家食品药品监督管理总局》第18号令第17条的要求提供相应的维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

9.包装方式及运输：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

10.安装及验收标准及方法：

（一）验收程序及验收标准：

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

（二）验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（三）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（四）供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（五）采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收，参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

（六）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（七）产品包装材料归采购人所有。

（八）验收报告：供应商按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告

（九）组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。

# 第四章 磋商内容、磋商过程中可能实质性变动的内容

磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容（不得变动采购文件中的其他内容）：

1、技术要求
……
2、服务要求
……
3、合同草案条款
……
……

注：采购人不同意采购文件在磋商过程中有任何变动的，直接写无，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

# 第五章 评审办法

## 资格审查表

| 序号 | 供应商资格要求 | 须提供的证明材料 | 审查标准 |
|---|---|---|---|
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 符合下列条件之一：<br>（1）供应商是法人的：企业法人：提供在工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”；事业单位法人：提供有效的“事业单位法人证书”；社会团体法人：提供有效的“社会团体法人登记证书”。（复印件加盖公章）<br>（2）供应商是其他组织的：合伙企业：提供在工商部门注册的有效的“营业执照”；非企业专业服务机构：提供有效的“执业许可证”等证明文件；<br>（3）供应商是自然人的：个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”。（复印件加盖公章）；中国公民，提供有效的自然人身份证明。（复印件，无需盖章，需要签字）<br>（4）采购标的属于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的，允许该行业法人的分支机构参加投标（报价），提供分支机构的《营业执照》副本扫描件。 | 1.按要求提供<br>2.合法有效 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 符合下列条件之一：<br>（1）供应商是法人且成立一年或以上的，提供近一年经审计的财务报告；成立未满一年的，提供成立之日后的财务报告。（复印件加盖公章）；<br>（2）无法按第 1 条提供财务报告的供应商可以提供银行出具的资信证明（原件）。<br>（3）供应商也可以提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标保函（原件），代替财务状况报告。<br>（4）供应商也可提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明（原件加盖公章；中国公民投标的无需盖章，需要签字），代替财务状况报告。 | 1.按要求提供<br>2.合法有效 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 1.信息完整<br>2.按规定签署和盖章 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 符合下列条件之一：<br>（1）法人：（提供下列材料复印件加盖公章）<br>①依法缴纳税收的材料：<br>主要材料：缴纳增值税和企业所得税的凭据；纳税凭据允许的时间和形式：投标文件递交截止时间前半年（不含投标截止当月）内任意 1 个月份缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；<br>②依法缴纳社会保障资金的材料：<br>投标文件递交截止时间前半年（不含投标截止当月）内任意 1 个月份缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；<br>（2）供应商也可提供依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明（原件加盖公章；中国公民投标的无需盖章，需要签字），代替凭据。 | 1.按要求提供<br>2.合法有效 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 1.按给定格式填写<br>2.按规定签署和盖章 |
| 6 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料或提供书面承诺（声明）（如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。） | 1.按要求提供<br>2.合法有效 |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 供应商关联单位说明或由供应商提供书面承诺 | 无投标须知 1.5 所述情形 |
| 8 | 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 供应商提供承诺函 | 承诺无投标须知 1.6 所述情形 |
| 9 | 信用查询 | （1）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单（查询网址：www.creditchina.gov.cn）和政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址：http//www.ccgp.gov.cn）<br>（2）采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询。<br>（3）联合体各方均需查询（如适用） | 无投标须知 22.2.1 所述的不良记录 |
| 10 | 是否接受联合体投标 | 符合下列条件之一：<br>（1）如适用，按供应商须知表 1.4 要求 | 1.按要求提供<br>2.合法有效 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 提供证明文件<br>（2）如本项目不接受联合体投标时，供应商不得为联合体，提供承诺函。 | |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目整体专门面向中小微企业采购，供应商所投货物全部由符合政策要求的中小微企业制造（即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标），需提供财库〔2020〕46号文件规定的《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小型、微型企业）。 | 1.按要求提供<br>2.合法有效 |
| 12 | 采购项目特定要求 | （1）供应商（经销本厂产品的制造商除外）需具有与标的医疗器械类别相对应的经营许可证（三类）或经营备案凭证（二类）；<br>（2）供应医疗器械标的厂商需具有相对应的生产许可证（二、三类）或生产备案凭证（一类）及相对应的医疗器械产品注册证（二、三类）或产品备案凭证（一类）。 | 1.按要求提供<br>2.合法有效 |
| 13 | 参与投标授权代表授权书 | 提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | 1.按给定格式填写<br>2.按规定签署和盖章 |
| 结论 | | | |

说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

# 符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 |
|---|---|---|
| 1 | 响应函 | **1.按给定格式填写**<br>2.响应采购文件实质性要求<br>**3.按规定签署和盖章** |
| 2 | 报价一览表 | **1.按给定格式填写**<br>2.响应采购文件实质性要求<br>**3.按规定签署和盖章** |
| 3 | 分项报价表 | **1.按给定格式填写，信息完整**<br>2.响应采购文件实质性要求<br>**3.按规定签署和盖章** |
| 4 | 技术规格偏离表 | **1.按给定格式填写**<br>2.响应采购文件实质性要求<br>**3.按规定签署和盖章** |
| 5 | 商务条款偏离表 | **1.按给定格式填写**<br>2.响应采购文件实质性要求<br>**3.按规定签署和盖章** |
| 6 | 响应有效期 | 响应采购文件实质性要求 |
| 7 | 响应报价 | **不超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价** |
| 8 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评审小组要求在规定时间内证明其报价合理性的 |
| 9 | 不得以他人名义响应、串通响应 | 供应商未有下列任一情形：<br>（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；<br>（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；<br>（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；<br>（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；<br>（5）不同供应商的投标报名的IP 地址、 MAC 地址、 CPU 码和硬盘序列号等硬件信息相同或使用同一电子密钥编制或上传电子投标文件。 |
| 结论 | | |

说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

# 评分细则（001 包）

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 性质 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 价格部分（30分） | 最后报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价（落实政府采购政策价格扣除后）/最后磋商报价（落实政府采购政策价格扣除后））×30%×100 | 客观分 | 30 |
| 技术部分（64分） | 产品技术参数响应 | 所响应产品全部满足或优于采购需求中带“▲号”的重要技术参数要求的，得28分。每一项负偏离扣7分，有4项负偏离得0分。<br>所响应产品完全满足或优于采购需求中不带“▲号”的一般技术参数要求的，得20分。每一项负偏离扣0.63分，有32项负偏离得0分。<br>注：<br>1.“▲”条款参数应当提供技术证明文件，如国家认可的检测机构出具的的产品检测报告或制造商原厂技术白皮书或产品操作手册或产品说明书或向社会公开的产品彩页等（须为厂家公开发布，若出现完全复制采购文件参数、根据采购文件参数临时制作且加盖制造商公章的情况将不予认可），采购文件中明确要求佐证材料的，需按采购文件要求提供。<br>2.一般技术参数以提供的技术响应偏离表中的响应情况为准并由评标委员会评审其响应真实性。（采购文件中明确要求佐证材料的，需按采购文件要求提供。否则将判定为负偏离） | 客观分 | 48 |
| | 培训方案 | 供应商结合采购需求及所投产品提供技术培训方案，至少包括：①培训目标及设备、场地、培训资料；②培训人员安排；③临床应用培训方案；④操作实践培训方案。涵盖以上4项内容且不存在缺陷得8分，在此基础上，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、逻辑漏洞、语言文字错误、引用法律法规或规范标准错误、不符合采购需求等。以上任意一种情形）。 | 主观分 | 8 |
| | 售后服务保障措施 | 供应商结合采购需求，制定售后服务方案，至少包括：①售后服务组织架构、人员配置、职责分工及服务计划；②产品故障报修服务流程、质保期内预防性保养方案；③供应商提供不少于三年售后服务承诺函；④响应时间、备品备件、售后故障处理方 | 主观分 | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 案。涵盖以上 4 项内容且不存在缺陷得 8 分，在此基础上，每缺少一项内容扣 2 分，每有一处内容存在缺陷扣 1 分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、逻辑漏洞、语言文字错误、引用法律法规或规范标准错误、不符合采购需求等。以上任意一种情形）。 | | |
| 商务部分（6 分） | 类似业绩 | 供应商或制造商近三年（从响应截止日往前推算的三年）具有所响应产品供货业绩的（非单一产品采购的项目包以核心产品为准），每提供 1 个供货业绩得 2 分，最高得 4 分。(需提供供货合同复印件并加盖公章，时间以供货合同载明时间为准，不提供不得分。) | 客观分 | 4 |
| | 质保期 | 供应商承诺在满足采购文件质保期要求的前提下，每增加 12 个月加 1 分，本项最高不超过 2 分。(提供承诺函加盖供应商公章) | 客观分 | 2 |
| 合　计 | | | | 100 分 |

# 评分细则（002 包）

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 性质 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 价格部分（30分） | 最后报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价（落实政府采购政策价格扣除后）/最后磋商报价（落实政府采购政策价格扣除后））×30%×100 | 客观分 | 30 |
| 技术部分（64分） | 产品技术参数响应 | 所响应产品全部满足或优于采购需求中带“▲号”的重要技术参数要求的，得6分。每一项负偏离扣6分，有1项负偏离得0分。<br>所响应产品完全满足或优于采购需求中不带“▲号”的一般技术参数要求的，得42分。每一项负偏离扣2.21分，有19项负偏离得0分。<br>注：<br>1.“▲”条款参数和一般技术参数应当提供技术证明文件，如国家认可的检测机构出具的的产品检测报告或制造商原厂技术白皮书或产品操作手册或产品说明书或向社会公开的产品彩页等（须为厂家公开发布，若出现完全复制采购文件参数、根据采购文件参数临时制作且加盖制造商公章的情况将不予认可），采购文件中明确要求佐证材料的，需按采购文件要求提供。 | 客观分 | 48 |
| | 培训方案 | 供应商结合采购需求及所投产品提供技术培训方案，至少包括：①培训目标及设备、场地、培训资料；②培训人员安排；③临床应用培训方案；④操作实践培训方案。涵盖以上4项内容且不存在缺陷得8分，在此基础上，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、逻辑漏洞、语言文字错误、引用法律法规或规范标准错误、不符合采购需求等。以上任意一种情形）。 | 主观分 | 8 |
| | 售后服务保障措施 | 供应商结合采购需求，制定售后服务方案，至少包括：①售后服务组织架构、人员配置、职责分工及服务计划；②产品故障报修服务流程、质保期内预防性保养方案；③供应商提供不少于三年售后服务承诺函；④响应时间、备品备件、售后故障处理方案。涵盖以上4项内容且不存在缺陷得8分，在此基础上，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是 | 主观分 | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 指：存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、逻辑漏洞、语言文字错误、引用法律法规或规范标准错误、不符合采购需求等。以上任意一种情形）。 | | |
| 商务部分（6分） | 类似业绩 | 供应商或制造商近三年（从响应截止日往前推算的三年）具有所响应产品供货业绩的（非单一产品采购的项目包以核心产品为准），每提供1个供货业绩得2分，最高得4分。(需提供供货合同复印件并加盖公章，时间以供货合同载明时间为准，不提供不得分。) | 客观分 | 4 |
| | 质保期 | 供应商承诺在满足采购文件质保期要求的前提下，每增加12个月加1分，本项最高不超过2分。(提供承诺函加盖供应商公章) | 客观分 | 2 |
| 合　计 | | | | 100分 |

# 评分细则（003 包）

| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 性质 | 满分 |
|---|---|---|---|---|
| 价格部分（30分） | 最后报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价（落实政府采购政策价格扣除后）/最后磋商报价（落实政府采购政策价格扣除后））×30%×100 | 客观分 | 30 |
| 技术部分（64分） | 产品技术参数响应 | 所响应产品全部满足或优于采购需求中带“▲号”的重要技术参数要求的，得36分。每一项负偏离扣3分，有12项负偏离得0分。<br>所响应产品完全满足或优于采购需求中不带“▲号”的一般技术参数要求的，得12分。每一项负偏离扣0.92分，有13项负偏离得0分。<br>注：<br>1.“▲”条款参数应当提供技术证明文件，如国家认可的检测机构出具的的产品检测报告或制造商原厂技术白皮书或产品操作手册或产品说明书或向社会公开的产品彩页等（须为厂家公开发布，若出现完全复制采购文件参数、根据采购文件参数临时制作且加盖制造商公章的情况将不予认可），采购文件中明确要求佐证材料的，需按采购文件要求提供。<br>2.一般技术参数以提供的技术响应偏离表中的响应情况为准并由评标委员会评审其响应真实性。（采购文件中明确要求佐证材料的，需按采购文件要求提供。否则将判定为负偏离） | 客观分 | 48 |
| | 培训方案 | 供应商结合采购需求及所投产品提供技术培训方案，至少包括：①培训目标及设备、场地、培训资料；②培训人员安排；③临床应用培训方案；④操作实践培训方案。涵盖以上4项内容且不存在缺陷得8分，在此基础上，每缺少一项内容扣2分，每有一处内容存在缺陷扣1分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、逻辑漏洞、语言文字错误、引用法律法规或规范标准错误、不符合采购需求等。以上任意一种情形）。 | 主观分 | 8 |
| | 售后服务保障措施 | 供应商结合采购需求，制定售后服务方案，至少包括：①售后服务组织架构、人员配置、职责分工及服务计划；②产品故障报修服务流程、质保期内预防性保养方案；③供应商提供不少于三年售后服务承诺函；④响应时间、备品备件、售后故障处理方 | 主观分 | 8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 案。涵盖以上 4 项内容且不存在缺陷得 8 分，在此基础上，每缺少一项内容扣 2 分，每有一处内容存在缺陷扣 1 分，扣完为止。（“内容存在缺陷”是指：存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、逻辑漏洞、语言文字错误、引用法律法规或规范标准错误、不符合采购需求等。以上任意一种情形）。 | | |
| 商务部分（6 分） | 类似业绩 | 供应商或制造商近三年（从响应截止日往前推算的三年）具有所响应产品供货业绩的（非单一产品采购的项目包以核心产品为准），每提供 1 个供货业绩得 2 分，最高得 4 分。(需提供供货合同复印件并加盖公章，时间以供货合同载明时间为准，不提供不得分。) | 客观分 | 4 |
| | 质保期 | 供应商承诺在满足采购文件质保期要求的前提下，每增加 12 个月加 1 分，本项最高不超过 2 分。(提供承诺函加盖供应商公章) | 客观分 | 2 |
| 合　计 | | | | 100 分 |

**一、评审方法**

本项目采用综合评分法进行评审。

**二、评审原则及程序**

**（一）评审原则**

磋商小组应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审办法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

**（二）评审程序**

**1、资格审查**

详见供应商须知22条。资格审查表详见本章资格审查表。

**2、符合性审查**

2.1详见供应商须知23条。符合性审查表详见本章符合性审查表。

**3、样品及演示**

3.1供应商须知表11.3条中要求供应商提供样品或演示的，按照供应商须知表24.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照供应商须知23条规定执行)

**★4、同一品牌产品**

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌供应商不足3家的，按照供应商须知30条第（3）款执行。

4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同供应商所报产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，按本章第10条“推荐成交候选供应商的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在采购文件中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

**5、磋商**

详见供应商须知26条。

**6、最后报价**

详见供应商须知27条。

**7、比较及评价**

7.1 磋商小组对通过资格审查、符合性审查的响应文件进行比较和评价。

7.2 在磋商期间，对响应文件的澄清按供应商须知 25 条内容执行。

7.3 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在评审现场合理的时间（接到通知后

0.5 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应作为**无效响应处理**。

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价 65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）供应商的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

（三）供应商的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

（四）供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商审查情况等就供应商的书面说明进行审查评价。供应商如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

（1）拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

（2）书面说明不能证明其报价合理性的；

（3）未在规定时间内递交有效书面说明书的。

**8、需落实的政府采购政策性规定：**

8.1 纳入创新产品应用示范推荐目录内的企业，对其最后报价按最后报价的 20% （10-20%）给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 政府采购项目的品目属于政府优先采购《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目》范围内，获得相关证书的企业。对其最后报价按最后报价的 20% （10-20%）给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.3 政府采购政策加分：响应产品每一项认定为无线局域网产品的得 0.5 分，最多 1 分。供应商住所地或其提供产品产地为不发达地区和少数民族地区的加 1 分。

8.4 **支持本国产品：**

(1)既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到 80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“供应商须知前附表”的规定。

（2）采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商提交《关于符合本国产品标准的声明函》(以下简称《声明函》)或财政部规定的其他证明文件。供应商出具符合要求的《声明函》或证明文件的，即视为本国产品，不得再要求其提供其他证明材料。评审委员会应对《声明函》的完整性、准确性进行审查，对《声明函》内容含义不明确、与投标(响应)文件表述不一致或明显文字错误等情况，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不认定为本国产品。

（3）采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提交的《声明函》或证明文件。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠，

（4）当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

**9、响应无效**

详见供应商须知 28 条。

**10、推荐成交供应商的原则**

详见第二章供应商须知第 31 条，具体处理办法如下：

得分相同的，按扣除后的最后报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按最后报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由磋商小组投票处理。

**三、确定成交供应商**

磋商小组根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告，并向采购人提交书面评审报告。

采购人按照评审报告确定的成交候选供应商名单按顺序确定成交供应商，或由采购人委托磋商小组按照第二章 供应商须知表 33 条中规定的方式确定成交供应商。