
Scdl V2.1

اتصال به دستگاه


اتصال به دستگاه در یک مرحله انجام شود.

نمايش اطلاعات

۱- در بعضی موارد ایراد در متن پیامک های Rain Start و Rain Stop (ارتباط قسمت هشدار با پیامک ها!)



۲- همچنان متن پیامک آلارم رگبار ۵ دقیقه ای ایراد دارد. (در قسمت هشدار نرم افزار هم چک شود.)



پیشنهاد میشود برای پیامک رگبار ۵ دقیقه ای از متن زیر استفاده شود:

Alarm: Short Time High Rate Rain Rain Intensity In 5 Min Ismm/min

.....

۳- در قسمت هشدار، در بعضی مواقع چند آلارم شروع بارندگی بصورت پی در پی داده میشود، بدون اعلام پایان بارندگی.



۴- لطفا برای رگبار ۲ ساعتی تعریف به این شکل اصلاح گردد:

توقف باران زمانیست که ۲ ساعت تمام مقدار Total تغییری نکند و در هنگام باران، اگر از زمان شروع بارش، جمع باران به ۸ میلیمتر رسید آلارم رگبار بلند مدت داده میشود.

۵- پیشنهاد میشود برای پیامک رگبار ۲ ساعتی از متن زیر استفاده شود:

Alarm:Long Time High Rate Rain Rain Averege In 2 Hours Ismm

.....

- ۹- همچنان واحد باران ۵ دقیقه اصلاح نشده است.
- ۷- در نمایش لحظه ای همچنان یک تا چند سطر اضافی و مقادیر نامشخص دیده میشود(عکس پیوست ۴).



- ۸- درقسمت نمایش ساعت ، برای ساعات ۸-۱ رقم قبل آن صفر نیست.
 - ٩- قسمت اطلاعات ذخيره شده غير فعال است.
 - ١٠- قسمت نمايش اطلاعات لحظه اي
 - ۱) Tab "مقادیر ذخیره شده" حذف شود.
 - ۲) نمودار ها غیرفعال است.
 - ۳) یک Tab برای نمایش نمودار در هر قسمت کافیست.

اتصال به سرور

چگونگی تغییر سرور مشخص شود.

راهبری سیستم

- ۱- "تغییر مقدار باران" و "تنظیم تاریخ" در همین قسمت قابل انجام باشد.
 - ۲- کاربرد قسمت ایستگاه ها مشخص نیست.

پنل باران

- ۱- با باز شدن صفحه پنل باران، صفحه های دیگر بسته نمیشود.
 - ۲- ایراد در واحد Rain-Avg
 - ۳- ایراد در نمایش مقدار باطری.
 - ۴- عدم نمایش مقادیر بجز Rain-Total.
 - -0 ایرادات شماتیک (توضیح شفاهی).

آرشیو داده های سرور

- ۱- اضافه کردن نام برای قسمت آرشیو داده های سرور.
 - ۲- نمایش نمودار فعال نیست.

- ۳- برای نمایش کانال ها،میبایست تمام کانال ها را در سرور فعال کنیم!
 - ۴- آخرین اطلاعات دریافت نمیشود و مغایر با اطلاعات سرور میباشد.
- ۵- برای دریافت اطلاعات هر روز، میبایست تاریخ روز بعد آن را انتخاب کرد.
 - ۶- توضیح در مورد قسمت اطلاعات ایستگاه ها و تنظیمات پایگاه داده.
- ۷- بسته به هر نوع از دریافت اطلاعات، tabهای غیر کاربردی ، غیر فعال شود.

توجه: سایر موارد احتمالی و توضیح در مورد موارد مبهم نوشته فوق ، شفاهی بیان میشود.