Revisão de evidências de medição

Equipe de elaboração

Sumário

1 Situação de aprendizagem **1**

2 Questões **2**

3 Critério de avaliação **2**

Referências **2**

1 Situação de aprendizagem

Situação-problema

Uma equipe recebeu quatro valores de desvio, mas o registro não apresenta o critério de aceitação. Revise as evidências disponíveis e indique o que deve ser solicitado antes de emitir uma decisão.

Objetivo de aprendizagem

Justificar a necessidade de unidade, condição de medição e critério de aceitação.

Segurança

A análise documental não autoriza intervenção no equipamento. Para atividades práticas, siga o procedimento autorizado e as medidas de controle aplicáveis.

A terminologia do registro pode ser consultada em JCGM (2012). Os valores da Tabela 1 são simulados e não estabelecem limites de aceitação.

Tabela 1 — Valores disponíveis para análise

Verificação	Desvio (mm)
1ª	0,18
2ª	0,12
3ª	0,07
4ª	0,03

Fonte: Elaboração própria, com dados simulados (2026).
Nota: Critério de aceitação não fornecido na situação-problema.

2 Questões

Questão questao-interpretacao · 2 ponto(s) · analise

Explique por que os valores, sozinhos, não permitem liberar o equipamento.

Questão questao-evidencias · 3 ponto(s) · registro

Liste as informações que devem ser solicitadas e explique a finalidade de cada uma.

3 Critério de avaliação

Critério de avaliação

A resposta distingue observação e decisão, mantém unidades coerentes e identifica a ausência do critério de aceitação sem inventar dados.

A questão de interpretação e a questão de evidências devem ser respondidas em conjunto.

Referências

JCGM. **International vocabulary of metrology: basic and general concepts and associated terms (VIM)**. 3. ed. Sèvres: BIPM, 2012.