

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.0040

Certificate

Revisão: 04

Review

Solicitante:

Applicant

**NEUROTEC EMP. DE PESQ. E DESENV. EM BIOMEDICINA LTDA.
Rua Cordilheira dos Andes, 200 – Distrito Industrial
37504-109 – Itajubá – MG
CNPJ: 23.864.093/0001-06**

Fabricante:

Manufacturer

**NEUROTEC EMP. DE PESQ. E DESENV. EM BIOMEDICINA LTDA.
Rua Cordilheira dos Andes, 200 – Distrito Industrial
37504-109 – Itajubá – MG
CNPJ: 23.864.093/0001-06**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative

Não aplicável

Modelo de Certificação:

Certification Model

Modelo de Certificação 5, conforme portaria nº 384/2020 do INMETRO, com Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no fabricante, condicionado por avaliação e aprovação do Gerenciamento de Risco do fabricante

Regulamento / Normas:

Regulation / Standards

**ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1:2016;
ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010;
ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011;
ABNT NBR IEC 60601-1-9:2010 + Emenda 1:2014 (Somente Itens 4.1, 4.5.2 e 4.5.3); ABNT NBR IEC 60601-2-26:2014; ABNT NBR ISO 80601-2-61:2015
De acordo com as prescrições da Portaria 384/2020 de 18/12/2020 – INMETRO
Nos termos da Resolução – RDC n.º 549 de 30 de Agosto de 2021 – ANVISA.**

Produto:

Product

**Eletroencefalógrafo/Polígrafo
Certificação por modelo**


Emissão e Validade:

Issued and Validity

**Emissão em: 12/02/2019
Este certificado é válido de 13/10/2022 até indeterminada.**

A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das atividades de manutenção, de acordo com os requisitos previstos no esquema de certificação específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade, deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

The validity of this Certificate of Conformity is conditioned to the execution of maintenance activities, in accordance with the applicable requirements of the specific certification scheme. To confirm the regularity status of this Certificate of Conformity, the Inmetro's database of certified products and services must be consulted.



Igor Moreno
Local Field Manager



Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.0040

Certificate

Revisão: 04

Review

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras</i>
NEUROTEC	NEUROMAP EQSA260 (Oxímetro integrado opcional)	Fonte de alimentação: ME10A0903F0 Entrada: 100 – 240 V~, 50-60 Hz, 0,3 A Saída: 9 Vcc ; 1,1 A Classe II, Parte aplicada Tipo BF, IP21, Operação contínua	Não existente

Laboratório, Relatório de Ensaios e Data:

Laboratory, Test Report and Date

Instituto Brasileiro de Ensaios de Conformidade Ltda. (IBEC).

IBEC 180065 Rev2.0 de 26/02/2018

IBEC R180439 Rev1.0 de 23/02/2018

NO RISK.

R182094 de 28/11/2018

R182116 de 17/12/2018

R192129 de 22/01/2019

R182096 de 28/11/2018

R192131 de 22/01/2019

R182095 de 29/11/2018

R192130 de 22/01/2019

TÜV Rheinland do Brasil LTDA.

Fato Relevante:

EC-0199-19 de 06/02/2019

EC-0200-19 de 08/02/2019

EC-0201-19 de 08/02/2019

60324408-003 de 10/11/2020 (Fonte de alimentação)

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Date

Auditoria realizada em 30 e 31/08/2018 PO-0637-18.

Este certificado está vinculado ao projeto:

This certificate is related to project

Este certificado está vinculado à proposta 27111901 – 14/06/2018.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/175263315211366155>

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.0040

Certificate

Revisão: 04

Review

Especificações:

Description

Versão do Software avaliado:

Software Version evaluated

VERSÃO SOFTWARE NEUROMAP EQSA260: 3.7.B

VERSÃO SOFTWARE VÍDEO EEG NEUROMAP EQSA260: 3.7.B

POLÍGRAFO NEUROMAP EQSA260: 3.6.B

VERSÃO SOFTWARE POLÍGRAFO COM VÍDEO EEG NEUROMAP EQSA260: 3.6.B

VERSÃO SOFTWARE MONITOR EEG: 4.8.B

VERSÃO SOFTWARE MONITOR DE EEG COM VÍDEO: 4.8.B

VERSÃO FIRMWARE NEUROMAP EQSA 260: 1.0.B

VERSÃO FIRMWARE EQFE206: 1.0.B

Versão do Manual do usuário e do Projeto do Produto avaliado:

Version of User Manual and Product Design evaluated

Manual de Instalação EQFE206: 46331088_Revisão 05.

Manual do Usuário Polígrafo EQSA260: 46331071_Revisão 03.

Manual Usuário Neuromap EQSA260: 46331089_Revisão 03.

Manual de Instalação Neuromap EQSA260: 46331087_Revisão 10.

RHProj Nº 91(SECT-PRJ 173)

Lista de acessórios e partes ensaiadas em conjunto com o produto:

Accessories List and parts tested together with the product

Sensores	
Código	Descrição
72222131	Sensor Push Button Ativo para Canal DC - 1,6m
72222122	Sensor de Esforço Respiratório – 2,2m
72222129	Sensor de Esforço Respiratório Infantil/Neonatal – 2,2m
72222103	Sensor de Fluxo Nasal Pediátrico - 2,2m
72222105	Sensor de Fluxo Nasal Adulto – 2,0m
72222104	Sensor de Fluxo Oral – 2,0m
72222106	Sensor Fluxo Oral/Nasal – 2,0m
72222077	Sensor de Ronco – 2,0m
16610402	Sensor para oxímetro - 3m
16610401	Sensor para oxímetro Infantil - 3m
72222023	Sensor de Posição AC – 2,5m
72222128	Transdutor de Fluxo Nasal
Cintas	
40101390	Cinta Esforço Respiratório Infantil 30cm
40101389	Cinta Esforço Respiratório Infantil 40cm
40101388	Cinta Esforço Respiratório Infantil 50cm

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.0040

Certificate

Revisão: 04

Review

Cintas	
40101387	Cinta Esforço Respiratório Adulto 70cm
40101386	Cinta Esforço Respiratório Adulto 110cm
40101385	Cinta Esforço Respiratório Adulto 170cm
40101413	Cinta Esforço Respiratório Neonatal 30cm
40101414	Cinta Esforço Respiratório Neonatal 40cm
40101415	Cinta Esforço Respiratório Neonatal 50cm
Equipamento, manuais e suportes	
Código	Descrição
-	Neuromap EQSA260 (cabeçal)
15065004	Pedestal AIRON
40101425	Presilha para gabinete (cordão)
31033005	Caixa papelão 4 cores
40101509	Suporte de fixação do cabeçal (suporte de mesa)
46331089	Manual Usuário NEUROMAP
46331087	Manual instalação NEUROMAP EQSA260
46331071	Manual Usuário POLÍGRAFO
10101020	Fonte de Alimentação ME10A0903F01
17930046	Cabo de Força 3x0,75mm ² com plug 2P+T 250V PT
71610500	Pasta Condutora Adesiva Neuro Cream
71610501	Pasta Condutora Adesiva Neuro Cream Plus
16754002	Maleta para Equipamento
16632018	Maleta plástica para sensores

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/175263315211366155>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.0040

Certificate

Revisão: 04

Review

Acessório – Foto estimulador EQFE206	
Código	Descrição
72121047	Foto Estimulador EQFE206
40101597	Braço Suporte da Luminária
46331088	Manual de Instalação do Foto Estimulador EQFE206
13510112	Fone de Ouvido
17930043	Cabo Extensor do Fone de Ouvido
Eletrodos e cabos	
Código	Descrição
72222026	Jg. 25 pçs eletrodo estanho pino segurança PS887 – 1,1m
72222032	jg. 30 pçs eletrodo estanho pino segurança PB887 - 1,1m
72222089	jg. 30 pçs eletrodo estanho pino segurança PB887 - 1,6m
72222084	jg. 30 pçs eletrodo prata pino segurança PB887 - 1,6m
72222013	jg. 2 pçs eletrodo estanho pino segurança p/ perna - 3,0m
72222083	jg. 2 pçs eletrodo prata pino segurança p/ perna - 3,0m
72222062	jg. 25 pçs eletrodo estanho neonatal pino segurança PB887 - 1,1m
72222064	jg. 25 pçs eletrodo prata neonatal pino segurança PB887 - 1,1m
72222055	eletrodo de pressão tipo CLIP - 3,0m
72222056	eletrodo de pressão tipo CLIP - 1,6 m
17930023	cabo USB - 3,0m
17930040	cabo extensor USB - 4,6m

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/175263315211366155>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.



TÜVRheinland®
Precisely Right.

Certificado de Conformidade

Certificate of Conformity

Certificado: TÜV 19.0040

Certificate

Revisão: 04

Review

Natureza das Revisões e Data:

Nature of Reviews e Date

Revisão: 00 – 28/02/2019

Review

Certificação Inicial.

Revisão: 01 – 07/05/2019

Review

Revisão do certificado para a correção da data do ensaios IBEC R180439 Rev1.0 para 23/02/2018 e R182096 para 28/11/2018, correção da data de emissão para 28/02/2019 e correção data de validade para 28/02/2024.

Revisão: 02 – 08/08/2019

Review

Revisão no certificado para a atualização nas versões de Software, para atualização na versão do manual de instalação e atualização do código e descrição do cabo de força presente na lista de acessórios.

Revisão: 03 – 22/01/2021

Review

Inclusão do relatório de ensaio 60324408-003 de 10/11/2020 (Fonte de alimentação) referente a validação da fonte de alimentação ME10A0903F01 e atualização Manual de Instalação Neuromap EQSA260: 46331087_ Revisão 10

Revisão: 04 – 13/10/2022

Review

Revisão para adequação novo regulamento Portaria 384/2020 e RDC 549/21.

Para confirmar sua autenticidade acesse <https://tuv.3dds.digital/check/175263315211366155>

Conforme art. 10, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, as declarações em forma eletrônica produzidas com a utilização de processo de Certificação Digital disponibilizado pela CP-Brasil presumem-se verdadeiras em relação aos signatários, na forma do art. 219, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.