

Relatório-mestre do instrumento

Industria de Material Bélico do Brasil - FE

|                   |                               |                          |                        |
|-------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| ID do instrumento | 6-BB-TI-08                    | Data da última cal.      | 15/05/2026             |
| Descrição         | Ind Pressão 01 Torre Absorção | Data da próxima cal.     | 15/05/2027             |
| Fabricante        | DIN                           | Departamento             | Casa de Bombas_entrada |
| Número do modelo  |                               | ID do equipamento        | CAL001                 |
| Número de série   |                               | ID do documento          | DOC-001                |
| Localização       | Casa de Bombas                | Status                   | Em Operação            |
| Edifício          | Casa de Bombas_entrada        | Frequência de calibração | Anual                  |

| Especificações da calibração |               |                  |                 |        |        |
|------------------------------|---------------|------------------|-----------------|--------|--------|
| Nº do grupo 1                |               |                  |                 |        |        |
| Nome do grupo                |               |                  |                 |        |        |
| % de exat. de intervalo      | 0.000         | Mais/menos       | 0,0000          |        |        |
| % de exat. de leituras       | 0.0000        | Faixa de entrada | 0,0000 - 6,0000 |        |        |
| Exatidão declarada           | Pct de limite | Faixa de saída   | 0,0000 - 6,0000 |        |        |
| Em val.                      | Tipo de entr. | Val. de saída    | Tipo de saída   | Baixo  | Alto   |
| 0,0000                       | kPa           | 0,0100           | kPa             | 0,0100 | 0,0100 |
| 1,5000                       | kPa           | 1,5000           | kPa             | 1,5000 | 1,5000 |
| 3,0000                       | kPa           | 2,9000           | kPa             | 2,9000 | 2,9000 |
| 4,5000                       | kPa           | 4,4000           | kPa             | 4,4000 | 4,4000 |
| 6,0000                       | kPa           | 5,9500           | kPa             | 5,9500 | 5,9500 |

**Observações inseridas neste instrumento**

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°

UMIDADE: (55 +/- 20) %

Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer

Nº Série: 08091

Certificado: 1922-4-7

Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior

Data da aprovação 10/06/2026 09:50:45