

Relatório-mestre do instrumento

Industria de Material Bélico do Brasil - FE

|                                                  |  |                                       |  |
|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| ID do instrumento 6-BP-PI-01                     |  | Data da última cal. 19/05/2026        |  |
| Descrição Ind Pres Agua Gel - Un 6/7 - Principal |  | Data da próxima cal. 19/05/2027       |  |
| Fabricante DIN                                   |  | Departamento Casa de Bombas principal |  |
| Número do modelo                                 |  | ID do equipamento CAL001              |  |
| Número de série                                  |  | ID do documento DOC-001               |  |
| Localização Casa de Bombas                       |  | Status Sem serviço                    |  |
| Edifício Casa de Bombas_entrada                  |  | Frequência de calibração Anual        |  |

| Especificações da calibração   |               |               |                                  |        |        |
|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|--------|--------|
| Nº do grupo 1                  |               |               |                                  |        |        |
| Nome do grupo                  |               |               |                                  |        |        |
| % de exat. de intervalo 0,0001 |               |               | Mais/menos 0,0001                |        |        |
| % de exat. de leituras 0,0001  |               |               | Faixa de entrada 0,0000 - 6,0000 |        |        |
| Exatidão declarada Manual      |               |               | Faixa de saída 0,0000 - 6,0000   |        |        |
| Em val.                        | Tipo de entr. | Val. de saída | Tipo de saída                    | Baixo  | Alto   |
| 0,0000                         | kPa           | 0,0100        | kPa                              | 0,0100 | 0,0100 |
| 1,5000                         | kPa           | 1,5000        | kPa                              | 1,5000 | 1,5000 |
| 3,0000                         | kPa           | 2,9000        | kPa                              | 2,9000 | 2,9000 |
| 4,5000                         | kPa           | 4,4000        | kPa                              | 4,4000 | 4,4000 |
| 6,0000                         | kPa           | 5,9500        | kPa                              | 5,9500 | 5,9500 |

**Observações inseridas neste instrumento**

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°  
UMIDADE: (55 +/- 20) %  
Padrão utilizado: Reference Press Gauge  
Nº Série: 5520187  
Certificado: 3000254667  
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior  
Data da aprovação 10/06/2026 09:51:27