



ROVIX AUTOMATION

Tecnologia • Automação • Inovação

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Nº RC-2026-6-BB-PI-04

Gerado pelo TAGCheck

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Gerado a partir do relatório Fluke: 6-BB-PI-04.pdf

1. Dados do instrumento

ID do instrumento	6-BB-PI-04	Última calibração	14/05/2027
Descrição	Ind Pres Agua Gel -SABROE-Auxiliar	Próxima calibração	PREENCHER
Fabricante	Casa de Bombas principal DIN ID do equipamento Número do modelo CAL001 ID do do	Departamento	Fabricante Casa de Bombas principal DIN ID do equipamento
ID do equipamento	Número do modelo CAL001 ID do documento	ID do documento	Número de série DOC-001 Status
Localização	Sem serviço Casa de Bombas Casa de Bombas_entrada Edifício Frequência de calibr	Status	Localização Sem serviço Casa de Bombas Casa de Bombas_entrada
Frequência	Anual	Unidade de trabalho	kPa

2. Rastreabilidade metrológica

Padrão utilizado	Identificação	Certificado	Validade	Laboratório / RBC / SI
PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER	PREENCHER

3. Método e condições ambientais

Procedimento	Comparação direta com padrão rastreável	Temperatura ambiente	23 ± 2
Tempo de estabilização	1 hora	Umidade relativa	55 ± 20
Nº de leituras por ponto	5	Faixa avaliada	0,0000 a 6,0000 kPa

4. Resultados da calibração

Ponto padrão	Indicação	Erro	Correção	U (k=2)	Observação
0,0000 kPa	0,0100 kPa	0,0100	-0,0100	PREENCHER	Conferir
0,0100 kPa	0,0100 kPa	0,0000	0,0000	PREENCHER	Conferir
1,5000 kPa	1,5000 kPa	0,0000	0,0000	PREENCHER	Conferir
1,5000 kPa	1,5000 kPa	0,0000	0,0000	PREENCHER	Conferir
3,0000 kPa	2,9000 kPa	-0,1000	0,1000	PREENCHER	Conferir
2,9000 kPa	2,9000 kPa	0,0000	0,0000	PREENCHER	Conferir
4,5000 kPa	4,4000 kPa	-0,1000	0,1000	PREENCHER	Conferir
4,4000 kPa	4,4000 kPa	0,0000	0,0000	PREENCHER	Conferir
6,0000 kPa	5,9500 kPa	-0,0500	0,0500	PREENCHER	Conferir

5,9500 kPa	5,9500 kPa	0,0000	0,0000	PREENCHER	Conferir
------------	------------	--------	--------	-----------	----------

**ROVIX AUTOMATION**

Tecnologia • Automação • Inovação

ANEXO TÉCNICO

TAGCheck • Certificado revisado

5. Incerteza de medição

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K = 2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

6. Observações do ensaio

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras. A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K = 2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

7. Lacunas identificadas no arquivo original

- Confirmar identificação do padrão utilizado, certificado, validade e laboratório.
- Confirmar procedimento técnico aplicado e rastreabilidade metrológica.
- Conferir leituras reais, erro, correção e incerteza antes da emissão oficial.
- Este documento foi gerado a partir de PDF original e deve ser revisado antes de aprovação final.

8. Aprovação

Aprovado por	10/06/2026 09:38:14
Data da aprovação	PREENCHER
Assinatura	_____

Validação: Este certificado deve ser comparado ao PDF original da Fluke e aprovado pelo responsável técnico antes de uso formal.