

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-TC-PI-01		Data da última cal. 23/05/2026	
Descrição Ind Pressão Receb Acido		Data da próxima cal. 23/05/2027	
Fabricante SCHROFT		Departamento TANCAGEM	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização Tancagem		Status Em serviço	
Edifício Tancagem		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 7,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 7,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	Kgf/cm²	0,0420	Kgf/cm²	0,0100	0,0100
1,5000	Kgf/cm²	1,4900	Kgf/cm²	1,9500	1,9500
3,0000	Kgf/cm²	3,0100	Kgf/cm²	2,9500	2,9500
4,5000	Kgf/cm²	4,4980	Kgf/cm²	4,9500	4,9500
7,0000	Kgf/cm²	7,0010	Kgf/cm²	6,9500	6,9500

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1/2 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 06/07/2026 12:27:46