

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-AB-PI-01	Data da última cal.	17/04/2026
Descrição	Ind Pressao Vacuo	Data da próxima cal.	17/04/2027
Fabricante	Labon	Departamento	TORRE ABS
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	TORRE ABS	Status	Inativo
Edifício	TORRE ABS	Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo	1				
Nome do grupo	PRESSAO				
% de exat. de intervalo	0,0100	Mais/menos	0,1000		
% de exat. de leituras	0,0100	Faixa de entrada	0,0000 - -600,0000		
Exatidão declarada	Manual	Faixa de saída	0,0000 - -600,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	mmH2O	0,0000	mmH2O	-0,1600	0,1600
150,0000	mmH2O	149,9900	mmH2O	149,8400	150,1600
300,0000	mmH2O	299,9980	mmH2O	299,8400	300,1600
450,0000	mmH2O	449,9900	mmH2O	449,8400	450,1600
600,0000	mmH2O	599,9980	mmH2O	599,8400	600,1600

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (26 +/- 2) c°

UMIDADE: (65 +/- 20) %

Vacuometro substituido pelo TAG: 6-VA-VA-06

Aprovado por Roberto Justino da silva junior

Data da aprovação 23/04/2026 09:54:25