

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-VA-VA-06		Data da última cal. 17/04/2026	
Descrição Ind Pressao Vacuo		Data da próxima cal. 17/04/2027	
Fabricante Autom		Departamento TORRE ABS	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização TORRE ABS		Status Em Operação	
Edifício TORRE ABS		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo PRESSAO					
% de exat. de intervalo 0,0100			Mais/menos 0,0010		
% de exat. de leituras 0,0100			Faixa de entrada 0,0000 - -600,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - -600,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	mmH2O	0,0000	mmH2O	0,0000	0,0000
150,0000	mmH2O	149,9900	mmH2O	149,9000	150,1000
300,0000	mmH2O	299,9980	mmH2O	299,8500	300,5000
450,0000	mmH2O	449,9980	mmH2O	449,9500	451,1000
600,0000	mmH2O	599,9900	mmH2O	599,8000	599,9900

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (26 +/- 2) c°
UMIDADE: (65 +/- 20) %
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 23/04/2026 09:56:08