

Relatório-mestre do instrumento  
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

|                                  |  |                                 |  |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| ID do instrumento 6-AT-PI-01     |  | Data da última cal. 12/05/2026  |  |
| Descrição Ind Pres Torre Acetona |  | Data da próxima cal. 12/05/2027 |  |
| Fabricante WILLY                 |  | Departamento Torre de Acetona   |  |
| Número do modelo                 |  | ID do equipamento CAL001        |  |
| Número de série                  |  | ID do documento DOC-001         |  |
| Localização Casa de Bombas       |  | Status Em serviço               |  |
| Edifício Casa de Bombas_entrada  |  | Frequência de calibração Anual  |  |

| Especificações da calibração   |               |                                  |               |        |        |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------|--------|
| Nº do grupo 1                  |               |                                  |               |        |        |
| Nome do grupo                  |               |                                  |               |        |        |
| % de exat. de intervalo 0,0001 |               | Mais/menos 0,0001                |               |        |        |
| % de exat. de leituras 0,0001  |               | Faixa de entrada 0,0000 - 6,0000 |               |        |        |
| Exatidão declarada Manual      |               | Faixa de saída 0,0000 - 6,0000   |               |        |        |
| Em val.                        | Tipo de entr. | Val. de saída                    | Tipo de saída | Baixo  | Alto   |
| 0,0000                         | Kgf/cm²       | 0,0100                           | Kgf/cm²       | 0,0100 | 0,0100 |
| 1,5000                         | Kgf/cm²       | 1,5000                           | Kgf/cm²       | 1,5000 | 1,5000 |
| 3,0000                         | Kgf/cm²       | 2,9000                           | Kgf/cm²       | 2,9000 | 2,9000 |
| 4,5000                         | Kgf/cm²       | 4,4000                           | Kgf/cm²       | 4,4000 | 4,4000 |
| 6,0000                         | Kgf/cm²       | 5,9500                           | Kgf/cm²       | 5,9500 | 5,9500 |

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência  $K=2,77$ , que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°  
UMIDADE: (55 +/- 20) %

Aprovado por Roberto Justino da silva junior  
Data da aprovação 10/06/2026 09:34:10