

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-AT-PI-02	Data da última cal.	12/05/2026
Descrição	Ind Pres Torre Acetona Bag	Data da próxima cal.	12/05/2027
Fabricante	WILLY	Departamento	Torre de Acetona
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	Torre de Acetona	Status	Em serviço
Edifício		Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 200,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 200,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	Kgf/cm²	0,0000	Kgf/cm²	0,0100	0,0100
75,0000	Kgf/cm²	74,9950	Kgf/cm²	74,9950	74,9950
100,0000	Kgf/cm²	99,9950	Kgf/cm²	99,9950	99,9950
125,0000	Kgf/cm²	124,9950	Kgf/cm²	124,9950	124,9950
200,0000	Kgf/cm²	199,9950	Kgf/cm²	199,9950	199,9950

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 09:35:44