

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-AT-PI-04		Data da última cal. 13/05/2026	
Descrição Ind Pressao Torre Acet Linha Vapor		Data da próxima cal. 12/05/2027	
Fabricante PROSTEC		Departamento Torre de Acetona	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização Torre de Acetona		Status Em serviço	
Edifício		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 160,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 160,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	C	0,0000	C	0,0000	0,0000
45,0000	C	45,0000	C	44,9000	45,0100
90,0000	C	90,0000	C	89,9000	90,0100
125,0000	C	125,0000	C	124,9900	125,0100
150,0000	C	150,0000	C	159,0100	159,0100

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 09:36:45