

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-AT-PI-05	Data da última cal.	13/05/2026
Descrição	Ind Press Torre Acet Linha Vapor	Data da próxima cal.	13/05/2027
Fabricante	RECORD	Departamento	Torre de Acetona
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	Torre de Acetona	Status	Em serviço
Edifício		Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo	1				
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo	0,0001	Mais/menos	0,0001		
% de exat. de leituras	0,0001	Faixa de entrada	0,0000 - 160,0000		
Exatidão declarada	Manual	Faixa de saída	0,0000 - 160,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	C	0,0000	C	0,0000	0,0000
10,0000	C	10,0000	C	9,9995	9,9995
15,0000	C	15,0000	C	14,9950	14,9950
20,0000	C	20,0000	C	19,9950	19,9950
30,0000	C	30,0000	C	29,9995	29,9995

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 09:37:11