

Relatório-mestre do instrumento

Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-ES-PIA-03	Data da última cal.	16/04/2026
Descrição	Ind Pressão e Alarme	Data da próxima cal.	30/04/2027
Fabricante	WILLY	Departamento	UN6
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	UN6	Status	Em Operação
Edifício	UN6	Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 3,0000 - 16,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 3,0000 - 16,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
3,0000	psi	3,0000	psi	2,9995	0,0010
6,0000	psi	6,0000	psi	5,9990	6,0001
9,0000	psi	9,0000	psi	8,9990	9,0010
12,0000	psi	12,0000	psi	11,9980	12,0010
15,0000	psi	15,0000	psi	14,9980	15,0000

Observações inseridas neste instrumento

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 10:02:05