

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-NT-PI-02		Data da última cal. 18/03/2026	
Descrição Manometro Transf 4.1		Data da próxima cal. 31/03/2027	
Fabricante WIKA		Departamento UN6	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização UN6		Status Em Operação	
Edifício UN6		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 10,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 10,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	g/cm2	0,0000	g/cm2	0,0000	0,0000
25,0000	g/cm2	25,0200	g/cm2	25,0000	25,0000
50,0000	g/cm2	49,9000	g/cm2	50,0000	50,0000
75,0000	g/cm2	75,0200	g/cm2	75,0000	75,0000
100,0000	g/cm2	99,9000	g/cm2	100,0000	100,0000

Observações inseridas neste instrumento

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 06/04/2026 08:43:44