

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-NT-ST-01		Data da última cal. 10/03/2026	
Descrição SENSOR DE TEMP 106 - PT100		Data da próxima cal. 31/03/2027	
Fabricante WIKAT		Departamento UN6	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série S/N		ID do documento DOC-001	
Localização REATOR 4.1		Status Em serviço	
Edifício UNIDADE 6		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo SENSOR DE TEMPERTURA					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada -20,000 - 40,000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída -20,000 - 40,000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
-20,000	C	-19,900	C	-19,901	-19,899
-10,000	C	-9,920	C	-9,921	-9,919
0,000	C	0,000	C	-0,001	0,001
20,000	C	19,860	C	19,859	19,861
40,000	C	39,530	C	39,529	39,531

Observações inseridas neste instrumento

SENSOR DE TEMPERATURA PT100

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°

UMIDADE: (55 +/- 20) %

Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer

Nº Série: 08091

Certificado: 1922-4-7

Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior

Data da aprovação 31/03/2026 09:38:09