

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-NT-ST-02		Data da última cal. 10/03/2026	
Descrição SENSOR DE TEMP 109 - PT100		Data da próxima cal. 31/03/2027	
Fabricante WIKAT		Departamento UN6	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização REATOR 4.2		Status Sem serviço	
Edifício UNIDADE 6		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo SENSOR DE TEMPERATURA					
% de exat. de intervalo 0,0010			Mais/menos 0,0010		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada -20,0000 - 40,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída -20,0000 - 40,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
-20,0000	C	-19,2990	C	-19,2410	-19,2390
-10,0000	C	-9,9998	C	-9,2610	-9,2590
0,0000	C	0,2200	C	0,2190	0,2210
20,0000	C	19,9980	C	19,7990	19,8010
40,0000	C	39,3900	C	39,3890	39,3910

Observações inseridas neste instrumento

SENSOR DE TEMPERATUIRA PT100

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.
Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %

Padrão utilizado: Multímetro Fluke 754
Nº Série: 54740015
Certificado: F8675057

Padrão utilizado: Thermometer 5609
Nº Série: 08091
Certificado: AFC106 R1
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 31/03/2026 09:38:56