

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-NT-ST-03	Data da última cal.	10/03/2026
Descrição	SENSOR DE TEMP 109 - PT100	Data da próxima cal.	31/03/2027
Fabricante	WIKAT	Departamento	UN6
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	REATOR 5.1	Status	Sem serviço
Edifício		Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo	1				
Nome do grupo	SENSOR DE TEMPERATURA				
% de exat. de intervalo	0,0010	Mais/menos	0,0010		
% de exat. de leituras	0,0001	Faixa de entrada	-20,0000 - 40,0000		
Exatidão declarada	Manual	Faixa de saída	-20,0000 - 40,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
-20,0000	C	-19,2990	C	-19,2410	-19,2390
-10,0000	C	-9,9998	C	-9,2610	-9,2590
0,0000	C	0,2200	C	0,2190	0,2210
20,0000	C	19,9980	C	19,7990	19,8010
40,0000	C	39,3900	C	39,3890	39,3910

Observações inseridas neste instrumento
O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer
Nº Série: 08091
Certificado: 1922-4-7
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 31/03/2026 09:40:16