

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-NT-TG-01		Data da última cal. 17/03/2026	
Descrição IND TEMPERATURA		Data da próxima cal. 31/03/2027	
Fabricante WILLY		Departamento UN6	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização REATOR 5.1		Status Em Operação	
Edifício UNIDADE 6		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 150,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 150,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
-20,0000	C	-19,9900	C	0,0001	-20,0000
0,0000	C	0,0010	C	0,0000	0,0001
10,0000	C	9,9980	C	9,9998	10,0010
20,0000	C	19,9900	C	19,9998	20,0010
40,0000	C	39,9990	C	39,9990	40,0000

Observações inseridas neste instrumento

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.
Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) cº

UMIDADE: (55 +/- 20) %

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Digite a nova nota aqui

Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer

Nº Série: 08091

Certificado: 1922-4-7

Laboratório: Fluke Corporation

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Aprovado por Roberto Justino da Silva Junior

Data da aprovação 31/03/2026 09:41:10