

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-NT-TG-03	Data da última cal.	20/05/2026
Descrição	TERM. DE GASES 117 TTG	Data da próxima cal.	20/05/2027
Fabricante	WIKA	Departamento	UN6
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	REATOR 5.1	Status	Em Operação
Edifício	UNIDADE 6	Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 150,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 150,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	C	0,0000	C	0,0000	0,0000
45,0000	C	44,9990	C	44,9990	50,0010
90,0000	C	89,9990	C	89,9990	90,0001
125,0000	C	124,9990	C	124,9990	125,0010
150,0000	C	149,9990	C	149,9990	150,0010

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer

Nº Série: 08091

Certificado: 1922-4-7

Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior

Data da aprovação 10/06/2026 10:06:15