

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-NT-TM-01	Data da última cal.	19/03/2026
Descrição	TERMOMETRO REATOR 4.1	Data da próxima cal.	19/03/2027
Fabricante	WILLY	Departamento	UN6
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	REATOR 4.1	Status	Sem serviço
Edifício	UNIDADE 6	Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo	0,0001	Mais/menos		0,0001	
% de exat. de leituras	0,0001	Faixa de entrada		3,0000 - 15,0000	
Exatidão declarada	Manual	Faixa de saída		3,0000 - 15,0000	
<u>Em val.</u>	<u>Tipo de entr.</u>	<u>Val. de saída</u>	<u>Tipo de saída</u>	<u>Baixo</u>	<u>Alto</u>
3,0000	psi	3,6000	psi	3,6000	3,6000
6,0000	psi	6,6000	psi	6,6000	6,6000
9,0000	psi	9,1000	psi	9,1000	9,1000
12,0000	psi	12,9000	psi	12,9000	12,9000
15,0000	psi	15,1400	psi	15,1400	15,1400

Observações inseridas neste instrumento

TERMOMETRO RECEPTOR DO FOXBORO DO REATOR 4.1

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.
Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer
Nº Série: 08091
Certificado: 1922-4-7
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 10:07:19