

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-NT-TM-04		Data da última cal. 20/04/2026	
Descrição TERMOMETRO 01		Data da próxima cal. 20/04/2027	
Fabricante WILLY		Departamento UN6	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização REATOR 5.1		Status Sem serviço	
Edifício UNIDADE 6		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001		Mais/menos 0,0001			
% de exat. de leituras 0,0001		Faixa de entrada 40,0000 - 100,0000			
Exatidão declarada Manual		Faixa de saída 40,0000 - 100,0000			
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
40,0000	psi	39,9900	psi	40,0000	40,0010
60,0000	psi	59,9990	psi	60,0000	60,0010
80,0000	psi	79,9900	psi	80,0000	80,0010
100,0000	psi	99,9980	psi	100,0000	100,0000

Observações inseridas neste instrumento

TERMOMETRO PARA FABRICAÇÃO DE RDX

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02. Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) cº

UMIDADE: (55 +/- 20) %

Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer

Nº Série: 08091

Certificado: 1922-4-7

Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior

Data da aprovação 10/06/2026 10:08:07