

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-NT-TM-05		Data da última cal. 20/05/2026	
Descrição TERMOMETRO 02		Data da próxima cal. 20/05/2027	
Fabricante WILLY		Departamento UN6	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização REATOR 4.2		Status Sem serviço	
Edifício UNIDADE 6		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 3,0000 - 15,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 3,0000 - 15,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
3,0000	psi	3,0000	psi	3,0000	3,0000
6,0000	psi	6,0000	psi	6,0000	6,0000
9,0000	psi	9,0000	psi	9,0000	9,0000
12,0000	psi	12,0000	psi	12,0000	12,0000
15,0000	psi	14,8800	psi	14,8800	14,8800

Observações inseridas neste instrumento

TERMOMETRO PARA FABRICAÇÃO DE NITROPENTA
MANOMETRO RECEPTOR

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.
Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer
Nº Série: 08091
Certificado: 1922-4-7
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 10:09:09