

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-NT-VF-08	Data da última cal.	26/05/2026
Descrição	Val Fundo Reator 4.2 - Transferencia	Data da próxima cal.	26/05/2027
Fabricante	HONEWELL	Departamento	UN6
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	REATOR 5.1	Status	Em serviço
Edifício		Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo	1				
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo	0,0001	Mais/menos	0,0001		
% de exat. de leituras	0,0001	Faixa de entrada	3,0000 - 15,0000		
Exatidão declarada	Manual	Faixa de saída	3,0000 - 15,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
3,0000	psi	3,0300	psi	3,0300	3,0300
6,0000	psi	6,0700	psi	6,0700	6,0700
9,0000	psi	9,0000	psi	9,0000	9,0000
12,0000	psi	12,1000	psi	12,1000	12,1000
15,0000	psi	15,1500	psi	15,1500	15,1500

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (26 +/- 2) c°
UMIDADE: (65 +/- 20) %

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 10:13:25