

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-SM-VP-01		Data da última cal. 26/05/2026	
Descrição Val Pneum Controle Temperatura 106 FV		Data da próxima cal. 26/05/2027	
Fabricante HONEWELL		Departamento UN6	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização REATOR 4.1		Status Em serviço	
Edifício UNIDADE 6		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001		Mais/menos 0,0001			
% de exat. de leituras 0,0001		Faixa de entrada 3,0000 - 15,0000			
Exatidão declarada Manual		Faixa de saída 3,0000 - 15,0000			
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
3,0000	psi	3,0300	psi	3,0300	3,0300
6,0000	psi	6,0700	psi	6,0700	6,0700
9,0000	psi	9,0000	psi	9,0000	9,0000
12,0000	psi	12,1000	psi	12,1000	12,1000
15,0000	psi	15,1500	psi	15,1500	15,1500

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (26 +/- 2) c°
UMIDADE: (65 +/- 20) %

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 10:15:03