

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-VA-VA-04	Data da última cal.	26/05/2026
Descrição	Ind Pressao Vacuo	Data da próxima cal.	26/05/2027
Fabricante	Labon	Departamento	UN6
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	UN6	Status	Em Operação
Edifício		Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo	1				
Nome do grupo	PRESSAO				
% de exat. de intervalo	0.000	Mais/menos	0,0000		
% de exat. de leituras	0.0000	Faixa de entrada	0,0000 - 0,0000		
Exatidão declarada	Pct de limite	Faixa de saída	0,0000 - 0,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	mmH2O	0,0000	mmH2O	0,0000	0,0000
150,0000	mmH2O	150,0000	mmH2O	150,0000	150,0000
300,0000	mmH2O	300,0000	mmH2O	300,0000	300,0000
450,0000	mmH2O	450,0000	mmH2O	450,0000	450,0000
630,0000	mmH2O	630,0000	mmH2O	630,0000	630,0000

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (26 +/- 2) c°
UMIDADE: (65 +/- 20) %

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 10:17:22