

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-VA-VA-05		Data da última cal. 26/05/2026	
Descrição Ind Pressao Vacuo		Data da próxima cal. 26/05/2027	
Fabricante Labon		Departamento UN7	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização UN7		Status Em Operação	
Edifício		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo PRESSAO					
% de exat. de intervalo 0.000		Mais/menos 0,0000			
% de exat. de leituras 0.0000		Faixa de entrada 0,0000 - 0,0000			
Exatidão declarada Pct de limite		Faixa de saída 0,0000 - 0,0000			
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	mmH2O	0,0000	mmH2O	0,0000	0,0000
150,0000	mmH2O	150,0000	mmH2O	150,0000	150,0000
300,0000	mmH2O	300,0000	mmH2O	300,0000	300,0000
450,0000	mmH2O	450,0000	mmH2O	450,0000	450,0000
630,0000	mmH2O	630,0000	mmH2O	630,0000	630,0000

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (26 +/- 2) c°
UMIDADE: (65 +/- 20) %

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 10:18:17