

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-AC-PI-01		Data da última cal. 17/04/2026	
Descrição Manometro Ar comprimido		Data da próxima cal. 17/04/2027	
Fabricante Autom		Departamento UN7	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização UN7		Status Em serviço	
Edifício Unidade 7		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo	0,0001	Mais/menos		0,000	
% de exat. de leituras	0,0001	Faixa de entrada		0,000 - 1,500	
Exatidão declarada	Manual	Faixa de saída		0,000 - 1,500	
<u>Em val.</u>	<u>Tipo de entr.</u>	<u>Val. de saída</u>	<u>Tipo de saída</u>	<u>Baixo</u>	<u>Alto</u>
0,000	Kgf/cm²	0,000	Kgf	-0,001	0,001
0,375	Kgf/cm²	0,366	Kgf	0,374	0,376
0,750	Kgf/cm²	0,749	Kgf	0,749	0,760
1,125	Kgf/cm²	1,105	Kgf	1,124	1,126
1,500	Kgf/cm²	1,499	Kgf	1,490	1,500

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 23/04/2026 10:01:15