

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-AG-TI-02		Data da última cal. 16/04/2026	
Descrição Ind Temperatura 02 Agua Quente		Data da próxima cal. 16/04/2027	
Fabricante Autom		Departamento UN7	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização UN7		Status Em serviço	
Edifício Unidade 7		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001		Mais/menos 0,0001			
% de exat. de leituras 0,0001		Faixa de entrada -20,0000 - 40,0000			
Exatidão declarada Manual		Faixa de saída -20,0000 - 40,0000			
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
-20,0000	C	-19,9980	C	19,9000	19,9000
0,0000	C	0,0000	C	0,0000	0,0010
10,0000	C	9,9980	C	9,9900	10,0010
20,0000	C	19,9000	C	19,9900	20,0010
40,0000	C	39,9980	C	39,9000	40,0000

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer
Nº Série: 08091
Certificado: 1922-4-7
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 23/04/2026 09:53:04