

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-BB-PI-07		Data da última cal. 14/04/2026	
Descrição Manometro Bomba Agua Quente		Data da próxima cal. 13/04/2027	
Fabricante DIN		Departamento UN7	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização UN7		Status Em Operação	
Edifício Unidade 7		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 2,5000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 2,5000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	kPa	0,0000	kPa	-0,0001	0,0001
1,0000	kPa	1,0050	kPa	1,0049	1,0051
1,5000	kPa	1,5040	kPa	1,5039	1,5041
2,0000	kPa	2,0080	kPa	2,0079	2,0081
2,5000	kPa	2,4950	kPa	2,4949	2,4951

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 23/04/2026 09:49:41