

Relatório-mestre do instrumento

Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-BB-TI-01	Data da última cal.	13/04/2026
Descrição	Ind Temp Bomba Agua Quente	Data da próxima cal.	13/04/2027
Fabricante	WIKA	Departamento	UN7
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	UN7	Status	Em serviço
Edifício	Unidade 7	Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,000		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,000 - 100,000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,000 - 100,000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,000	C	0,000	C	0,000	0,000
25,000	C	49,980	C	25,000	25,000
50,000	C	70,711	C	50,000	50,000
75,000	C	86,603	C	75,000	75,000
100,000	C	99,990	C	100,000	100,000

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer
Nº Série: 08091
Certificado: 1922-4-7
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 23/04/2026 09:44:46