

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-ES-PIA-01		Data da última cal. 16/04/2026	
Descrição Ind Pressão e Alarme		Data da próxima cal. 16/04/2027	
Fabricante DIN		Departamento UN7	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização UN7		Status Em Operação	
Edifício Unidade 7		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001		Mais/menos 0,0001			
% de exat. de leituras 0,0001		Faixa de entrada 0,0000 - 16,0000			
Exatidão declarada Manual		Faixa de saída 0,0000 - 16,0000			
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	Kp/cm²	0,0000	Kp/cm²	0,0000	0,0010
4,0000	Kp/cm²	3,9980	Kp/cm²	3,9990	4,0001
8,0000	Kp/cm²	7,9980	Kp/cm²	7,9990	8,0010
12,0000	Kp/cm²	11,9900	Kp/cm²	11,9980	12,0010
16,0000	Kp/cm²	15,9980	Kp/cm²	15,9980	16,0000

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 23/04/2026 09:50:58