

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-ES-TI-01	Data da última cal.	13/04/2026
Descrição	Ind Temp PT100	Data da próxima cal.	13/04/2027
Fabricante	DIN	Departamento	UN7
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	UN7	Status	Em serviço
Edifício	Unidade 7	Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo	1				
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo	0,0001	Mais/menos	0,0001		
% de exat. de leituras	0,0001	Faixa de entrada	0,0000 - 160,0000		
Exatidão declarada	Manual	Faixa de saída	0,0000 - 160,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	C	0,0000	C	0,0000	0,0010
40,0000	C	39,9000	C	39,9000	40,0100
80,0000	C	79,9000	C	79,9000	80,0100
120,0000	C	119,9000	C	119,9000	120,0100
160,0000	C	160,0000	C	159,9000	160,0000

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer
Nº Série: 08091
Certificado: 1922-4-7
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 23/04/2026 09:46:30