

Relatório-mestre do instrumento

Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento	6-VP-PI-02	Data da última cal.	14/04/2026
Descrição	Manometro Tub Vapor_02	Data da próxima cal.	14/04/2027
Fabricante	WIKA	Departamento	UN7
Número do modelo		ID do equipamento	CAL001
Número de série		ID do documento	DOC-001
Localização	UN7	Status	Em Operação
Edifício	Unidade 7	Frequência de calibração	Anual

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 10,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 10,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	g/cm2	0,0000	g/cm2	0,0000	0,0000
2,5000	g/cm2	2,4980	g/cm2	2,5000	2,5000
5,0000	g/cm2	4,9800	g/cm2	5,0000	5,0000
7,5000	g/cm2	7,4990	g/cm2	7,5000	7,5000
10,0000	g/cm2	9,9980	g/cm2	10,0000	10,0000

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório

TEMPERATURA: (23 +/- 2) c°
UMIDADE: (55 +/- 20) %
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 23/04/2026 09:49:03