

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-SC-PI-01		Data da última cal. 19/05/2026	
Descrição Ind Pressao Vacuo		Data da próxima cal. 19/05/2027	
Fabricante DIN		Departamento UN9	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização UN9		Status Em Operação	
Edifício		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo PRESSAO					
% de exat. de intervalo 0.000		Mais/menos 0,0000			
% de exat. de leituras 0.0000		Faixa de entrada 0,0000 - 0,0000			
Exatidão declarada Pct de limite		Faixa de saída 0,0000 - 0,0000			
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	mmH2O	0,0000	mmH2O	0,0000	0,0000
150,0000	mmH2O	149,0001	mmH2O	149,0001	149,0001
300,0000	mmH2O	299,0001	mmH2O	299,0001	299,0001
450,0000	mmH2O	449,0001	mmH2O	449,0001	449,0001
630,0000	mmH2O	629,0001	mmH2O	629,0001	629,0001

Observações inseridas neste instrumento

Observações inseridas neste instrumento
O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.
A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência K =2,77, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.
Condições Ambientais do Laboratório
TEMPERATURA: (26 +/- 2) cº
UMIDADE: (65 +/- 20) %

Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation
Padrão utilizado: Reference Press Gauge
Nº Série: 5520187
Certificado: 3000254667
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da silva junior
Data da aprovação 10/06/2026 10:13:45