

Relatório-mestre do instrumento
Industria de Material Bélico do Brasil - FE

ID do instrumento 6-VP-TI-06		Data da última cal. 28/05/2026	
Descrição Ind Temperatura 2 linha 02 - UN9		Data da próxima cal. 28/05/2027	
Fabricante DIN		Departamento UN9	
Número do modelo		ID do equipamento CAL001	
Número de série		ID do documento DOC-001	
Localização UN9		Status Em serviço	
Edifício Secagem		Frequência de calibração Anual	

Especificações da calibração					
Nº do grupo 1					
Nome do grupo					
% de exat. de intervalo 0,0001			Mais/menos 0,0001		
% de exat. de leituras 0,0001			Faixa de entrada 0,0000 - 100,0000		
Exatidão declarada Manual			Faixa de saída 0,0000 - 100,0000		
Em val.	Tipo de entr.	Val. de saída	Tipo de saída	Baixo	Alto
0,0000	C	0,0000	C	-0,0010	0,0010
25,0000	C	25,0000	C	24,9990	25,0010
50,0000	C	50,0000	C	49,9990	50,0010
75,0000	C	75,0000	C	74,9990	75,0010
100,0000	C	100,0000	C	99,9999	100,0001

Observações inseridas neste instrumento

O instrumento permaneceu ligado durante aproximadamente 1 hora, para estabilidade e equilíbrio com as condições ambientais, foi calibrado em relação a um padrão e executadas 5 leituras.

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência $K=2,77$, que para uma distribuição normal corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão de medição foi determinada de acordo com a publicação EA - 4/02.

Condições Ambientais do Laboratório
Padrão utilizado: Platinum Resistance Themometer
Nº Série: 08091
Certificado: 1922-4-7
Laboratório: Fluke Corporation

Aprovado por Roberto Justino da Silva Junior
Data da aprovação 10/06/2026 10:22:49