Detektor & Datenerfassung

Detektor: Gas Ionisationskammer



Bethe Formel

$$-\frac{dE}{dx} \propto \frac{z^2}{v^2}$$

z: Ladungszahl des Targetkerns
v: Geschwindigkeit des Projektils

Je höher die Ladungszahl, desto schneller wird das Nuklid im Gas gestoppt