

Checklist pro akreditaci ČIA

Analytická laboratoř — ISO/IEC 17025

Pracovní dokument · Stav plnění požadavků · ROOMS MANAGEMENT s.r.o.
Česká republika, 2026

Tento checklist vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a z procesních pokynů Českého institutu pro akreditaci (ČIA). Každá položka musí být splněna před podáním žádosti o akreditaci nebo před auditem ČIA na místě. Sloupec Stav/Poznámka slouží k průběžnému záznamu plnění.

⚠ Puncování smí provádět výhradně státní Puncovní úřad (zákon č. 539/1992 Sb.). Laboratoř může nabízet pouze analytické/certifikované rozborry ryzosti — bez úředního punku.

A Právní a organizační příprava

Oblast	Požadavek ČIA / ISO 17025	Stav / Poznámka
Právní forma	Registrace s.r.o. + zápis do obchodního rejstříku	
Živnost	Vázaná živnost: Testování, měření, analýzy a kontroly — doložení odpovědného zástupce (VŠ chemie + praxe)	
Odpovědný zástupce	Doklad o vzdělání (VŠ diplom chemický směr) + pracovní smlouva / jmenování	
Rozsah akreditace	Písemná definice zkušebních metod a matic (např. kupelace, titrace, XRF) — předložit ČIA k odsouhlasení	
Konzultace ČIA	Úvodní nezávazná konzultace s ČIA — ověření akreditovatelnosti plánovaného rozsahu	
Konzultace Puncovní úřad	Vyjasnění vztahu laboratoře k úřednímu puncování — protokol z jednání	
Pojištění	Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti	

B Prostory a stavebně-technické požadavky

Oblast	Požadavek ČIA / ISO 17025	Stav / Poznámka
Kolaudace	Prostory kolaudovány jako laboratoř / provozovna s nakládáním s NCHL	
KHS	Souhlas Krajské hygienické stanice s provozem	
HZS	Souhlas Hasičského záchranného sboru — požární řád, hasicí přístroje CO ₂	
Inspektorát práce	Splnění požadavků BOZP — havarijní sprchy, oční vymývačky do 10 s chůze od každého pracov. s kyselinami	
Vzduchotechnika	Min. 8-10násobná výměna vzduchu/hod. v zónách s kyselinami, NO _x detektory	

Oblast	Požadavek ČIA / ISO 17025	Stav / Poznámka
Digestoře	Min. 2–3 funkční digestoře v analytické laboratoři, doklad o revizi	
Podlahy	Kyselinovzdorná dlažba se spádem do havarijní jímky v mokrých zónách	
Elektroinstalace	Samostatný okruh pro pece a elektrolýzu, UPS pro analytické přístroje	
Odpadní vody	Neutralizační/srážecí stanice kovů + povolení vodoprávního úřadu pro vypouštění	
Sklad chemikálií	Oddělené sklady kyselin/zásad/hořlavin, zachytné vany min. 110 % objemu největšího obalu	
Trezor + zabezpečení	Certifikovaný trezor, poplašný systém, kamerový záznam pro sklad drahých kovů	
Vážírna	Bez vibrací, stabilní teplota ± 1 °C, bez průvanu — doloženo měřením	

C Přístrojové vybavení a metrologie

Oblast	Požadavek ČIA / ISO 17025	Stav / Poznámka
Analytické váhy	Kalibrované, třída I, rozlišení 0,0001 g — platný kalibrační list (akred. kalibrační lab.)	
Předvážky	Kalibrované, platný kalibrační list	
Muflová pec	Ověřená teplotní distribuce, záznam o kalibraci termočlánku	
Titrátor	Potenciometrický, kalibrovaný, SOP pro argentometrické stanovení Ag	
XRF analyzátor	Lab-grade (ne pouze orientační), validovaný pro matrice Ag slitin	
ICP-OES (volitelně)	Instalace, kalibrace a validace pro akreditovaný rozsah (pokud zahrnuto)	
pH metr / konduktometr	Kalibrovaný, platné kalibrační roztoky	
Destilovaná/DI voda	Deionizační stanice, pravidelná kontrola vodivosti	
Metrologický řád	Písemný dokument: seznam všech měřidel, plán kalibrací, evidence kalibrací	
Smlouva kalibrace	Uzavřena smlouva s akreditovanou kalibrační laboratoří	
Smlouva odpad	Uzavřena smlouva na likvidaci nebezpečného odpadu (např. Safina a.s.)	

D Systém managementu kvality (SMK)

△ Toto je jádro akreditace — ČIA prověří každý z níže uvedených dokumentů při dokumentárním přezkoumání i při auditu na místě. Dokumenty musí být schváleny vedením a distribuovány personálu.

Oblast	Požadavek ČIA / ISO 17025	Stav / Poznámka
Příručka kvality	Kompletní QM dokument dle ISO 17025 — politika kvality, org. schéma, odpovědnosti, popis procesů	
SOP — kupelace	Standardní operační postup pro kupelační zkoušku Ag — krok za krokem, reference na CRM, kritéria přijatelnosti	
SOP — titrace	SOP pro argentometrické stanovení Ag titrací (Volhardova/Fajansova metoda)	
SOP — XRF	SOP pro XRF analýzu Ag slitin — příprava vzorku, kalibrace, výpočet výsledku	
SOP — příjem vzorků	Postup příjmu, označování, evidence a chain of custody pro vzorky drahých kovů	
SOP — odpadní vody	Postup neutralizace a kontroly odpadní vody před vypuštěním	
Metrologický řád	Evidence, plán a záznamy kalibrací všech měřidel	
Postup interního auditu	Plán a záznamy interních auditů, nápravná opatření	
Přezkoumání vedením	Záznamy z přezkoumání SMK vedením (min. 1× ročně)	
Řízení neshod	Postup pro identifikaci a řešení neshod při zkoušení	
Stížnosti	Postup pro příjem a řešení stížností zákazníků	
Důvěrnost dat	Politika ochrany informací zákazníka — zejm. u drahých kovů	

E Validace metod a nejistota měření

Oblast	Požadavek ČIA / ISO 17025	Stav / Poznámka
CRM stříbra	Nakoupeny certifikované referenční materiály Ag s platným certifikátem hodnoty	
Validace správnosti	Prokázána správnost každé metody na CRM (z-skóre nebo bias $\leq$ specifikaci)	
Opakovatelnost	Stanovena opakovatelnost (10 opakování na stejném vzorku) pro každou metodu	
Reprodukovatelnost	Prokázána reprodukovatelnost (různí analytici / různé dny)	
Nejistota měření	Zpracován dokument o stanovení nejistoty měření pro každou akreditovanou metodu (GUM přístup)	
Mez detekce/kvantifikace	Stanovena LOD a LOQ pro relevantní metody	
Záznamy o validaci	Kompletní záznamy (surová data, výpočty, závěry) archivovány min. 5 let	

F Zkoušení způsobilosti (PT / Proficiency Testing)

Oblast	Požadavek ČIA / ISO 17025	Stav / Poznámka
Výběr schématu PT	Identifikováno vhodné PT schéma pro Ag (mezinárodní nebo Puncovní úřad ČR)	
Přihlášení do PT	Podána přihláška, potvrzena účast v PT kole	
Provedení PT testu	Slepý test na neznámém vzorku proveden dle pokynů organizátora	
Výsledek PT	Z-skóre $\leq 2,0$ (uspokojivý výsledek) — doloženo zprávou organizátora PT	
Nápravná opatření	Případné neshody z PT analyzovány, přijata a zdokumentována nápravná opatření	
Záznamy PT	Záznamy o PT archivovány (zpráva organizátora, interní záznamy měření)	

G Personál a školení

Oblast	Požadavek ČIA / ISO 17025	Stav / Poznámka
Odpovědný zástupce	Jmenován, splňuje kvalifikaci (VŠ chemie + praxe) — doloženo dokumenty	
Analytici	Každý analytik prokazatelně proškolen na příslušné SOP — podpisový list	
BOZP školení	Vstupní a opakované školení BOZP + PO, záznamy v osobních složkách	
Autorizace analytiků	Písemný seznam autorizovaných osob pro každou zkušební metodu	
Plán školení	Roční plán odborného vzdělávání personálu	
Záznamy o školení	Evidence absolvovaných školení, certifikátů a zkoušek způsobilosti	

H Žádost o akreditaci — podání u ČIA

Oblast	Požadavek ČIA / ISO 17025	Stav / Poznámka
Formulář žádosti	Vyplněn a podepsán formulář žádosti ČIA (dostupný na cia.cz)	
Rozsah akreditace	Příloha žádosti: tabulka metod, matic, rozsahu (formát ČIA)	
Příručka kvality	Aktuální verze přiložena k žádosti	
SOP komplet	Kompletní sada SOP přiložena nebo připravena k předložení	
Záznamy o validaci	Přiloženy záznamy o validaci metod a PT výsledky	
Správní poplatek	Uhrazen správní poplatek ČIA dle aktuálního ceníku	
Dokumentární přezkum	ČIA provede přezkum dokumentace — připravit odpovědi na dotazy do 4 týdnů	
Audit na místě	ČIA oznámí termín auditu — zajistit přítomnost všech analytiků a funkčnost přístrojů	

Oblast	Požadavek ČIA / ISO 17025	Stav / Poznámka
Odstranění neshod	Po auditu: písemná odpověď na neshody s důkazy nápravy (lhůta stanovena ČIA)	
Vydání osvědčení	Po odsouhlasení náprav ČIA vydá Osvědčení o akreditaci	
Dozorový audit	Plánovat roční dozorový audit ČIA pro udržení akreditace	

Souhrn — počet položek k splnění

Oblast	Počet položek	Kritičnost
A — Právní a organizační příprava	7	Vstupní podmínka
B — Prostory a stavební požadavky	13	Vstupní podmínka
C — Přístrojové vybavení a metrologie	11	Vstupní podmínka
D — Systém managementu kvality	13	Jádro akreditace — nejvyšší priorita
E — Validace metod	7	Nutné před auditem ČIA
F — Zkoušení způsobilosti (PT)	6	Nutné před žádostí
G — Personál a školení	6	Audit na místě
H — Žádost a audit ČIA	12	Závěrečná fáze

ROOMS MANAGEMENT s.r.o. · 2026 | Checklist vychází z ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a pokynů ČIA (cia.cz).
Doporučujeme průběžně aktualizovat dle aktuálních požadavků ČIA.