

CONSTAT DE VERIFICATION

REPORT OF CALIBRATION

N°: P20200114002

DELIVRE A: PLASTIC OMNIUM

ISSUED TO: 214 Avenue de la Mare Gessart
60280 Venette

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

IDENTIFICATION OF THE INSTRUMENT

Désignation : **CAPTEUR DE PRESSION**

Designation:

Constructeur : **ENDRESS HOUSER**

Manufacturer:

Type: /

Type:

N° de série: **8201B3010**

Serial number:

N° d'identification: **CEMI0015**

Identification number:

CONDITIONS DE VERIFICATION

CONDITIONS OF CALIBRATION

Référence ou critère: **CLIENT**

Reference standard:

Procédure de vérification: **TCAI-QUE-0013**

Verification procedure:

Conditions d'environnement: **T° ambiante : 21,9°C**

Environmental condition:

Lieu de vérification: **Laboratoire de métrologie**

Verification place:

Vérifié par: **K.TALEB**

Calibrated by:

Date de la vérification: **14/01/2020**

Date of verification:

INSTRUMENT DECLARE CONFORME

(sur les gammes vérifiées - voir certificat d'étalonnage N°: P20200114002)

La déclaration de conformité aux spécifications (EMT) ne tient pas compte de l'incertitude de mesure.

OBSERVATIONS:

Observations:


saturé à 1184

Gamme de 800,000 à 1 200,000 hPa

Critères d'acceptation (EMT) = ± 5 hPa

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE

THE HEAD OF THE LABORATORY



Date d'émission du constat: **16/01/2020**

Date of issue:

Ce document comprend 1 page.

This document includes 1 page.

LES ETALONS UTILISES SONT RACCORDES AUX ETALONS NATIONAUX OU INTERNATIONAUX

CE DOCUMENT NE PEUT ETRE UTILISE EN LIEU ET PLACE D'UN CERTIFICAT D'ETALONNAGE.

LA REPRODUCTION DE CE CONSTAT N'EST AUTORISEE QUE SOUS FORME DE FAC -SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL

THE STANDARDS USED ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL OR INTERNATIONAL ACCEPTED STANDARDS

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE USED INSTEAD OF A CALIBRATION CERTIFICATE

THIS CERTIFICATE MAY NOT BE REPRODUCED OTHER THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC PROCESS

1- Identification de l'instrument à étalonner

CAPTEUR DE PRESSION

| | | | | |
|--------------|----------------|-----|----------|-----|
| Constructeur | ENDRESS HOUSER | | | |
| Type | / | | | |
| n° de série | 8201B3010 | | | |
| n° d'usine | CEMI0015 | | | |
| Etendue | 800,000 | à | 1200,000 | hPa |
| Résolution | 0,002 | hPa | | |

2- Identification de l'étalon de référence utilisé

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|----|------------|--|
| Etalon | Manomètre numérique | | | |
| n°interne | CQUA0252 | | | |
| Certificat d'étalonnage | 30001 | du | 19/04/2018 | |
| #REF! | | | | |

3- Méthode d'étalonnage

L'étalonnage est réalisé selon la procédure PT.000.01. Le manomètre est étalonné par comparaison directe avec l'étalon. La génération de pression est réalisée par l'intermédiaire d'un générateur de pression.

Après réalisation du montage, un temps de stabilisation en température est observé. Une première mise en pression du circuit est effectuée de manière à atteindre les 3/4 de la plage de l'instrument à contrôler.

L'étalonnage est réalisé en plusieurs points répartis sur l'ensemble de la plage de l'instrument. Pour les manomètres à aiguille, un tapotement de la vitre peut être effectué pour limiter les erreurs dues à l'inertie de l'aiguille.

Pour chaque niveau de pression, il est fourni la correspondance entre l'étalon et l'instrument.

4- Résultats obtenus

| Pression de référence | Incertitude Pression de référence | Pression instrument à étalonner | Ecart | Incertitude étalonnage à 2σ |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|
| hPa | hPa | hPa | hPa | hPa |
| 800,000 | 0,490 | 802,000 | 2,000 | ± 0,491 |
| 1000,000 | 0,550 | 1001,000 | 1,000 | ± 0,551 |
| 1184,200 | 0,605 | 1183,200 | -1,000 | ± 0,606 |
| 1000,000 | 0,550 | 1001,000 | 1,000 | ± 0,551 |
| 800,000 | 0,550 | 802,000 | 2,000 | ± 0,551 |

Date d'étalonnage : 14/01/2020

Opérateur : M. K.TALEB

T° ambiante : 21,9°C

Fluide de travail : Air

Position du manomètre : Verticale

Remarque : saturé à 1184

Les incertitudes mentionnées sont celles correspondant à 2 écart-types. Les écart-types ont été calculés en tenant compte des sources d'incertitudes suivantes :

- étalons de référence, contribution de l'instrument étalonné,
- moyens d'étalonnage (incertitude maximale liée à la génération de pression estimée à 0,000 hPa).