

CONSTAT DE VERIFICATION CALIBRATION CERTIFICATE WITH JUDGEMENT

N° FR153205686

Date de vérification (Calibration Date) : 05/08/2015

Désignation (Designation) : MODULE DE SORTIE ANALOGIQUE

Marque (Manufacturer) : NATIONAL INSTRUMENTS

N° de série (Serial number) :

1A60E59

Modèle (Model) : NI9263

Identification client (Customer ID) : CLAB0096

Jugement (Operation assessment)

Suivant conditions d'acceptation définies ci-après (According to acceptance conditions defined below)

Procédure utilisée :
(Used procedure)

IVA-RE-030

Spécifications de référence :
(Reference specifications)

Constructeur

Conforme (Pass)

Observations (Remarks) : /

Ce document comprend (this document includes) : 2 page(s) et 2 page(s) en annexe

Date d'émission (Issue date) : 05/08/2015

Technicien
Morel Ronan

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Cette prestation a été réalisée avec des équipements de référence raccordés aux étalons nationaux ou internationaux, administrés par un membre d'EURAMET (LNE, NPL, PTB, etc.), le NIST ou tout autre organisme national équivalent, suivant la procédure prévue à cet effet, une copie des certificats, attestations et accréditations y afférent est disponible, sur simple demande. Elle a été réalisée dans des conditions d'environnement contrôlées, par du personnel qualifié et suivant les procédures citées dans ce document.

Ce document est réalisé suivant les recommandations du document AFNOR X 07-011 définissant le constat de vérification. Il peut être utilisé pour démontrer le raccordement du moyen de mesure aux étalons nationaux ou internationaux, sous réserve qu'il réponde aux recommandations du document AFNOR FD X 07-015.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor of $k=2$.

This operation has been completed with reference instruments traceable to national or international standards, managed by a member of Euramet (LNE, NPL, PTB, etc.), NIST or any other equivalent national organization, according to the in designed procedure, a copy of the certificates, attestations and accreditation is available on request. This operation has been performed in controlled environmental conditions, by qualified staff and appropriate procedures mentioned in this document.

This document is issued according to AFNOR X 07-011 documentation section which defines a calibration certificate, It can be used to demonstrate the traceability to international and national standards of the tested instrument, with restriction to compliance with the documentation section recommendations AFNOR FD X 07-015.

Reproduction of this document is only permitted in the form of a complete photographic facsimile.

In the event of any doubt arising, the original document in french applies.



LA, METROLOGIE, AU, SERVICE, DE, VOTRE, PERFORMANCE

> Trescal SA

S.A. au capital de 4 341 950 Euros

R.C.S. Créteil 562 047 050 - SIREN 562 047 050

Code TVA FR 56 562 047 050

> Siège Social

Parc d'Affaires Silic

8, rue de l'Estérel - BP 30441

94593 Rungis Cedex - France

www.trescal.com

Motif de l'envoi (shipping reason) :

Vérification standard

Etat du matériel avant intervention (Instrument status before operation) :

Dans ses spécifications .

Nature de l'intervention réalisée (Operation type) :

Vérification sans ajustage .

Etat du matériel après intervention (Instrument status after operation) :

Dans ses spécifications .

Conditions d'environnement (Environmental conditions) :

Température : (23 ± 5) °C

Hygrométrie : (50 ± 30) %HR

Liste des étalons utilisés (Reference equipments) :

Désignation (Description)	Marque (Manufacturer)	Modèle (Model)	Identification	Validité (Validity)	Document
Multimètre numérique	NATIONAL INSTRUMENTS	NI PXI-4070	507706	30/04/2016	FR151806507

Informations complémentaires sur l'intervention (Additional informations) : Applicatif d'attachement de document interne version 2.1

Vérifié en laboratoire par (Calibrated by) Morel Ronan

Le 05/08/2015

CALIBRATION PERFORMANCE TEST DATA

DUT Information

Type: NI 9263 revision E or later
Tracking Number: ID870324
Serial Number: 1A60E59
Notes: Verification only was performed.

Customer Information

Name: PLASTIC OMNIUM AUTO
ENERGY
Address: 136 rue des bureaux 60280
VENETTE
Work Order: OT1565036
Notes:

Environmental Conditions

Temperature: 23.0 C
Humidity: 50.0 %

Operator Information

Operator Name: administrator
Calibration Date: mercredi 5 août 2015
15:01:15
Notes:

Version Information

Calibration Executive Version: 3.6
Procedure Version: 3.4.0.2
NI-DAQmx 9.8.0

Standards used during Calibration

Type	Tracking Number	Calibration Due Date	Notes
National Instruments	507706	4/30/2016	

Standards used during Calibration

Type	Tracking Number	Calibration Due Date	Notes
PXI-4070 Digital Multimeter			

Calibration Results

Analog Output

Calibration				As Found				As Left			
LowerRange	UpperRange	Channel	Test Value	Low Limit	Reading	High Limit	PassFail	Low Limit	Reading	High Limit	PassFail
-10 V	10 V	0	9.50000 V	9.48277 V	9.49977 V	9.51723 V	Passed	9.48277 V	9.49977 V	9.51723 V	Passed
-10 V	10 V	0	0.0000 V	-0.0096 V	-0.0004 V	0.0096 V	Passed	-0.0096 V	-0.0004 V	0.0096 V	Passed
-10 V	10 V	0	-9.50000 V	-9.51723 V	-9.50154 V	-9.48277 V	Passed	-9.51723 V	-9.50154 V	-9.48277 V	Passed
-10 V	10 V	1	9.50000 V	9.48277 V	9.49817 V	9.51723 V	Passed	9.48277 V	9.49817 V	9.51723 V	Passed
-10 V	10 V	1	0.0000 V	-0.0096 V	-0.0006 V	0.0096 V	Passed	-0.0096 V	-0.0006 V	0.0096 V	Passed
-10 V	10 V	1	-9.50000 V	-9.51723 V	-9.50169 V	-9.48277 V	Passed	-9.51723 V	-9.50169 V	-9.48277 V	Passed
-10 V	10 V	2	9.50000 V	9.48277 V	9.50002 V	9.51723 V	Passed	9.48277 V	9.50002 V	9.51723 V	Passed
-10 V	10 V	2	0.0000 V	-0.0096 V	0.0001 V	0.0096 V	Passed	-0.0096 V	0.0001 V	0.0096 V	Passed
-10 V	10 V	2	-9.50000 V	-9.51723 V	-9.49989 V	-9.48277 V	Passed	-9.51723 V	-9.49989 V	-9.48277 V	Passed
-10 V	10 V	3	9.50000 V	9.48277 V	9.50125 V	9.51723 V	Passed	9.48277 V	9.50125 V	9.51723 V	Passed
-10 V	10 V	3	0.0000 V	-0.0096 V	-0.0002 V	0.0096 V	Passed	-0.0096 V	-0.0002 V	0.0096 V	Passed
-10 V	10 V	3	-9.50000 V	-9.51723 V	-9.49922 V	-9.48277 V	Passed	-9.51723 V	-9.49922 V	-9.48277 V	Passed