

CONSTAT DE VERIFICATION

Report of calibration N° F20200702001

DELIVRE A: PLASTIC OMNIUM

ISSUED TO 214 Avenue de la Mare Gessart

60280 VENETTE

IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT

CONDITIONS DE VERIFICATION

IDENTIFICATION OF THE INSTRUMENT CONDITION OF CALIBRATION

Désignation : Clé dynamométrique Référence ou critère : Référence client

Description Reference

Constructeur: FACOM Procédure de vérification: TCAI-QUE-0009

Manufacturer Verification procedure

Type: R305-25D Conditions d'environnem. : 21,5°C

Type Environmental conditions

N° de série : Y010191 Lieu de vérification : Laboratoire de

Serial number Verification place métrologie

N° Identification: CSCF0001 Vérifié par: K. TALEB

Identific. numb.

Calibrated by

Date de vérification : 02/07/2020

INSTRUMENT DECLARE CONFORME

Date of calibration

Selon les spécifications de la norme NF EN ISO 6789-1 de 2017

OBSERVATION:

LE RESPONSABLE DU LABORATOIRE

Date d'émission du constat 02/07/2020 THE HEAD OF THE LABORATORY

Issue date

Ce document comprend 3 pages

This document includes 3 pages

Mohamed Aboulmajd

Ce constat de vérification garantit le raccordement des résultats au système international d'unité SI. Ce document ne peut être utilise en lieu et place d'un rapport d'essai.

La reproduction de ce constat n'est autorisé que sous forme de fac-simile photographique integral.

This verification report guarantees that the results can be traced to the international sytem of units (SI).

This certificate may not be used instead of a report.

This certificate may not be reproduced other than in full by photographic process.

CARACTERISTIQUES DE L'INSTRUMENT / Characteristics

 Type / Type
 : Type II

 Classe / Class
 : Classe A

 Couple minimal spécifié
 : 5 N.m

 Couple Maximal spécifié
 : 25 N.m

MOYENS UTILISES / support equipements

Désignation	Identification	Date	N° de document	
Couplemètre de 12 Nm	CMAG0453	sept18	5280734	
Couplemètre de 350 Nm	CMAG0493	janv19	09807779LR247-01	

METHODE DE MESURE / Measurement Method

L'outil dynamométrique est vérifié par comparaison à un couplemètre étalon. Le programme de mesure est différent selon le type et la classe de l'outil,

Pour les outils de types I :

- 3 précharge au couple maximal
- 5 mesures pour chaque palier à 20, 60 et 100% de l'étendue de mesure

Pour les outils de types II et de classe A et D :

- 3 précharges au couple maximal
- 5 mesures pour chaque palier à 20, 60 et 100% de l'étendue de mesure

Pour les outils de types II classe B, C, E, F:

- 3 précharges au couple nominal
- 10 mesures au couple nominal

VERIFICATION DE L'EQUIPEMENT SOUS TEST / PERFORMANCE TEST

Résolution	0,010	N.m
EMT	4	%.C

Valeur de réglage	Valeur étalon	Ecart	Ecart	Incertitude	Jugement
N.m	N.m	N.m	(%)	(%)	
5,00	4,98	-0,02	-0,4	± 4,01	С
	5,02	0,02	0,4	± 4,01	С
	4,97	-0,03	-0,6	± 4,01	С
	4,98	-0,02	-0,4	± 4,01	С
	5,20	0,20	4,0	± 4,01	С
15,00	15,40	0,40	2,7	± 3,97	С
	15,10	0,10	0,7	± 3,97	С
	15,00	0,00	0,0	± 3,97	С
	15,10	0,10	0,7	± 3,97	С
	14,60	-0,40	-2,7	± 3,97	С
25,00	25,90	0,90	3,6	± 3,83	С
	24,80	-0,20	-0,8	± 3,83	С
	25,70	0,70	2,8	± 3,83	С
	25,40	0,40	1,6	± 3,83	С
	25,00	0,00	0,0	± 3,83	С

FIN DU RELEVE DE MESURE