

SIKA France

Mesure de Pression, Température, Débit et Niveau

SIKA®
www.sika.net

Certificat N° P17081126

Client :	APICO
Réf. Commande :	CD9851 du 27/07/2017

Certificat d'étalonnage

Méthode d'étalonnage : l'étalonnage est effectué par comparaison directe avec un instrument de référence.
Cet appareil est contrôlé périodiquement à un étalon de classe supérieure conformément à nos procédures d'assurance qualité.

Conditions de mesure	
Fluide de pression : air	Température ambiante : 20°C
Position du raccord : Vertical	Pression atmosphérique

Appareil testé	Appareil de référence
Marque / type : -MR1.075.102E12	Type : Manomètre numérique Type D2
N° : 172061053	N° de série/N° Certificat : 519 263 / 03-000063
Etendue de mesure : Déb.: 0 Fin : 10,0 bar rel	Etendue de mesure : -1 + 40 bar
Classe de précision : 1 % Ecart +/- : 0,100	Précision : +/- 0,10 % Tolérance : +/- 0,041 bar

Relevé des mesures		
N°	Valeur théorique	Valeur mesurée
1	1,960	2,0
2	6,000	6,0
3	9,980	10,0
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Points de mesure	Ecart mbar
1	0,04
2	0,00
3	0,02

Observations : conforme à la classe de précision.

Le : 29/08/2017

Opérateur : H. LE MEUR